

计量授权证书附件

序号 No.	授权校准/检测 项目或参数名称 Items or Parameters of Authorized Calibration /Test	测量范围 Measurement Range	准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or Expanded Measurement Uncertainty	依据技术文件 名称及编号 Name and Number of Technical Document Referred to
1	电子水平仪	±0.5mm/m	MPE: ± (1+A×2%) △	JJG 103
2	合像水平仪	±20mm/m	MPE: ±0.02mm/m	JJG 103
3	光电自准值仪	(0~10) '	2 级、3 级	JJG 202
4	自准值仪	±2.5mm/m	2 级、3 级	JJG 202
5	框式、条式水平仪	±0.16mm/m	MPE: 标称分度值 20%	JJF 1084

-----以下空白-----