名称：内蒙古自治区计量测试研究院

地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区博爱北巷 1 号

注册号：CNAS L1645

认可依据：ISO/IEC 17025:2017 以及 CNAS 特定认可要求

生效日期：2026 年 09 月 29 日　　截止日期：2030 年 11 月 06 日

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

附件 5　认可的校准和测量能力范围

注：“测量仪器名称”栏仪器名称前标注*的项目可开展现场校准。

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
一、几何量							
1	三等标准金属线纹尺	长度	三等标准金属线纹尺检定规程 JJG71	（0～100）mm	U=4.0 μm		2026-09-29
				（100～300）mm	U=9.0 μm		2026-09-29
				（300～500）mm	U=11 μm		2026-09-29
				（500～1000）mm	U=15 μm		2026-09-29
2	钢卷尺	长度	钢卷尺检定规程 JJG 4	（0～200）m	U=0.1mm+2×10^{-5}L		2026-09-29

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
3	*工具显微镜	长度	工具显微镜检定规程 JJG56	（0～200）mm	U=0.2 μm+4×$10^{-6}L$		2026-09-29
4	*投影仪	长度	投影仪校准规范 JJF 1093	(0 ～100)mm	U=0.7 μm+8.7×$10^{-6}L$		2026-09-29
5	量块	长度	量块检定规程 JJG146	(0.5～1000)mm	U=0.20 μm+2×$10^{-6}Ln(k$=2.6)		2026-09-29
6	千分尺	长度	千分尺检定规程 JJG 21	(0～500)mm	U=0.9 μm+7.4×$10^{-6}L$		2026-09-29
7	大尺寸外径千分尺	长度	大尺寸外径千分尺校准规范 JJF 1088	(500～1000)mm	U=1.1 μm+8×$10^{-6}L$		2026-09-29
8	*指示表	长度	指示表检定规程 JJG34	千分表：（0～1）mm	U=2 μm		2026-09-29
				百分表：（0～10）mm	U=6 μm		2026-09-29
				百分表：（10～100）mm	U=8 μm		2026-09-29
9	杠杆百分表	长度	杠杆表检定规程 JJG 35	（0～1.0）mm	U=2.6 μm		2026-09-29
10	内径表	长度	内径表校准规范 JJF 1102	内径百分表：（10～100）mm	U=4.0 μm		2026-09-29
				内径千分表：（10～100）mm	U=2.0 μm		2026-09-29
11	通用卡尺	长度	通用卡尺检定规程 JJG 30	（0～1000）mm	U=4 μm+2×$10^{-5}L$		2026-09-29
12	高度卡尺	长度	高度卡尺检定规程 JJG 31	（0～1000）mm	U=7 μm+1.6×$10^{-5}L$		2026-09-29

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
13	*百分表检定仪	长度	指示类量具检定仪检定规程 JJG 201	（0～25）mm	U=0.6 μm		2026-09-29
14	角度块	角度	角度块检定规程 JJG70	15° 10′ ～90°	U=3″		2026-09-29
15	*光学计	长度	光学计检定规程 JJG 45	(-100～+100) μm	U=0.08 μm		2026-09-29
16	自准直仪	角度	自准直仪检定规程 JJG202	0′～10′	U=0.6″		2026-09-29
17	通用角度尺	角度	通用角度尺校准规范 JJF 1959	0° ～360°	U=1′		2026-09-29
18	框式水平仪和条式水平仪	角度	框式水平仪和条式水平仪校准规范 JJF 1084	(0.02～0.10)mm/m	U_{rel}=5.8%		2026-09-29
19	电子水平仪和合像水平仪	角度	电子水平仪和合像水平仪检定规程 JJG103	电子水平仪：（-5～+5）mm/m	U=0.5 μm/m		2026-09-29
				合像水平仪：（-5～+5）mm/m	U=3 μm/m		2026-09-29
20	平尺	直线度	平尺校准规范 JJF 1097	(500～2000）mm	U=0.3 μm+1×10^{-6}L		2026-09-29
21	水平尺	角度	水平尺校准规范 JJF1085	(0.5～10) mm/m	U_{rel}=4.8%		2026-09-29
22	全站型电子速测仪	角度	全站型电子速测仪检定规程 JJG100，光电测距仪检定规程 JJG703	0° ～360°	U=0.20″	标准长度基线场位置：呼和浩特市玉泉区昭君	2026-09-29

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		长度		（24～1200）m	U=0.5mm（加常数），U=0.8mm/km（乘常数）	路街道蒙古风情园内	2026-09-29
23	全球导航卫星系统（GNSS）接收机	长度	全球导航卫星系统(GNSS)接收机(测地型和导航型)检定规程 JJG 1200	6m～ 35.2km	U=（0.8～2.3）mm（静态），U=1.9mm（动态）	只校准导航型接收机及测地型接收机中的工程测量接收机和移动数据采集终端	2026-09-29
24	水准仪	角度	水准仪检定规程 JJG 425	-30″ ～+30″	U=1.7″		2026-09-29
25	光学经纬仪	角度	光学经纬仪检定规程 JJG 414	0° ～360°	U=0.4″		2026-09-29
26	电子经纬仪	角度	全站型电子速测仪检定规程 JJG 100	0° ～360°	U=0.3″		2026-09-29

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
27	光电测距仪	长度	光电测距仪检定规程 JJG703	（24～1200）m	U=0.5mm（加常数），U=0.8mm/km（乘常数）	标准长度基线场位置：呼和浩特市玉泉区昭君路街道蒙古风情园内。	2026-09-29
28	望远镜式测距仪	长度	望远镜式测距仪校准规范 JJF1704	（0～3）km	U=0.1m	标准长度基线场位置：呼和浩特市玉泉区昭君路街道蒙古风情园内。	2026-09-29
29	*水准仪检定装置	角度	水准仪检定装置检定规程 JJG960	-30″ ～+30″	U=1.0″		2026-09-29
30	平晶	平面度	平晶检定规程 JJG 28	平面平晶 D(30～150)mm	U=0.01 μm		2026-09-29
		平行度		平行平晶 D(15～100)mm	U=0.28 μm		2026-09-29

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
31	*平板	平面度	平板检定规程 JJG 117	(160×100)mm ～(450×450)mm	U=0.6μm		2026-09-29
				(450×450)mm ～(630×400)mm	U=0.8μm		2026-09-29
				(630×400)mm ～(800×600)mm	U=1.2μm		2026-09-29
				(800×600)mm ～(1000×800)mm	U=1.5μm		2026-09-29
				(1000×800)mm～(1500×1000)mm	U=1.7μm		2026-09-29
				(1500×1000)mm～(3000×2000)mm	U=5.0μm		2026-09-29
32	塞尺	长度	塞尺检定规程 JJG62	（0.02～3.00）mm	U=3.0μm		2026-09-29
33	*测长仪	长度	测长仪校准规范 JJF 1189	(0 ～100)mm	U=0.2μm +3.2×$10^{-6}L$		2026-09-29
34	*接触式干涉仪	长度	接触式干涉仪检定规程 JJG 101	(-5～+5)μm	U=0.012μm		2026-09-29
35	*测长机	长度	测长机校准规范 JJF 1066	(0～100)μm	U=0.08μm		2026-09-29
				（0.1～100）mm	U=0.18μm+1.2×$10^{-6}L$		2026-09-29
				（100～1000）mm	U=0.1μm+2×$10^{-6}L$		2026-09-29
36	*超声波测厚仪	长度	超声波测厚仪校准规范 JJF1126	（0.5～200）mm	U=0.04mm		2026-09-29

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
37	*药物溶出度仪	长度	药物溶出度仪校准规范 JJF（蒙）068	(0～3)mm	U=0.06mm		2026-09-29
38	钢直尺	长度	钢直尺检定规程 JJG 1	（0～1000）mm	U=0.05mm+2×$10^{-5}L$		2026-09-29
39	焊接检验尺	角度	焊接检验尺校准规范 JJF 2161	10°～170°	U=7.4′		2026-09-29
		长度		主尺标尺：（0～60）mm	U=4.8 μm		2026-09-29
				高度尺：（0～20）mm	U=11 μm		2026-09-29
				咬边深度尺：（0～35）mm	U=32 μm		2026-09-29
40	厚度表	长度	厚度表校准规范 JJF 1255	（0～1）mm	U=2.0 μm		2026-09-29
				（1～10）mm	U=2.8 μm		2026-09-29
				（10～30）mm	U=4.7 μm		2026-09-29
二、热学							
1	廉金属热电偶	温度	廉金属热电偶校准规范 JJF 1637	（100～300）℃	U=0.3℃		2026-09-29
				（300～1100）℃	U=1.0℃		2026-09-29
				（1100～1200）℃	U=2.0℃		2026-09-29

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
2	工业铂热电阻	温度	工业铂、铜热电阻检定规程 JJG 229	(-60～95) ℃	U=0.02℃		2026-09-29
				(95～300) ℃	U=0.04℃		2026-09-29
3	温度变送器	温度	温度变送器校准规范 JJF 1183	带传感器：（-60～300）℃	U=0.08℃		2026-09-29
4	*温度校准用恒温槽	温度	温度校准用恒温槽技术性能测试规范 JJF 1030	波动性：(-60～300) ℃	U=0.010℃		2026-09-29
				均匀性：(-60～300) ℃	U=0.010℃		2026-09-29
5	*环境试验设备	温度	环境试验设备温度、湿度参数校准规范 JJF 1101	（-30～200）℃	U=0.2℃		2026-09-29
		相对湿度		30%～90%（10℃～60℃）	U=1.5%		2026-09-29
6	*箱式电阻炉	温度	箱式电阻炉校准规范 JJF 1376	（300～1000）℃	U=1.8℃		2026-09-29
				（1000～1100）℃	U=2.0℃		2026-09-29
7	*液体恒温试验设备	温度	液体恒温试验设备温度性能测试规范 JJF 2019	（10～95）℃	U=0.2℃		2026-09-29
8	*蒸汽灭菌器	温度	蒸汽灭菌器温度、压力参数校准规范 JJF（蒙）028	(30～134)℃	U=0.2℃		2026-09-29
		压力		绝压：(10～400)kPa	U=1.5kPa		2026-09-29
9	热量表	温度	热量表检定规程 JJG 225	（4～95）℃	U=0.03℃		2026-09-29

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		流量		DN15～DN300：（1.2～600）m³/h	U_{rel}=0.2%		2026-09-29
		热量		（0.01～99999999）kWh	U_{rel}=0.9%		2026-09-29
10	工作用辐射温度计	温度	工作用辐射温度计检定规程 JJG 856	（30～100）℃	U=2.0℃		2026-09-29
				（100～300）℃	U=2.5℃		2026-09-29
				（300～700）℃	U=3.0℃		2026-09-29
11	机械式温湿度计	温度	机械式温湿度计检定规程 JJG 205	（5～50）℃	U=0.6℃		2026-09-29
		相对湿度		30%～95%（10℃～30℃）	U=1.4%		2026-09-29
12	数字式温湿度计	温度	数字式温湿度计校准规范 JJF 1076	（5～50）℃	U=0.4℃		2026-09-29
		相对湿度		30%～95%（10℃～30℃）	U=1.2%		2026-09-29
13	*大型蒸汽灭菌器	温度	大型蒸汽灭菌器温度、压力、时间参数校准规范 JJF 2088	(0～150）℃	U=0.2℃		2026-09-29
		压力		(0～400)kPa	U=1.2kPa		2026-09-29
		时间		（0.1～3600）s	U=0.1s		2026-09-29
三、力学							

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
1	砝码	质量	砝码检定规程 JJG99	1mg～100mg	U=0.002mg		2026-09-29
				100mg～500mg	U=0.002mg～0.004mg		2026-09-29
				1g～100g	U=0.006mg～0.05mg		2026-09-29
				100g～500g	U=0.05mg～0.17mg		2026-09-29
				1kg～20kg	U=0.9mg～20mg		2026-09-29
				50kg	U=0.3g		2026-09-29
				500kg	U=7g		2026-09-29
				1000kg	U=11g		2026-09-29
2	*电子天平	质量	电子天平校准规范 JJF1847	（0～1）g	U=0.2mg		2026-09-29
				（1～100）g	U=（0.2～0.3）mg		2026-09-29
				（0.1～5）kg	U=（0.3～11）mg		2026-09-29
				（5～10）kg	U=11mg～0.03g		2026-09-29
				（10～20）kg	U=（0.03～0.16）g		2026-09-29

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				（20～100）kg	U=（0.16～2.5）g		2026-09-29
				（100～300）kg	U=（2.5～21）g		2026-09-29
3	*质量比较仪	质量	质量比较仪校准规范 JJF1326	1mg～10g	U=3.5μg		2026-09-29
				10g～200g	U=4μg～5μg		2026-09-29
				200g～500g	U=16μg～21μg		2026-09-29
				500g～2kg	U=0.2mg～0.3mg		2026-09-29
				2kg～5kg	U=2mg～3mg		2026-09-29
				5kg～150kg	U=0.02g～0.14g		2026-09-29
				150kg～300kg	U=0.2g～0.3g		2026-09-29
4	*架盘天平	质量	架盘天平检定规程 JJG156	100g～5kg	U=0.02g～2g		2026-09-29
5	*混凝土配料秤	质量	混凝土配料秤检定规程 JJG1171	（1～100）kg	U=0.02kg		2026-09-29
				（100～800）kg	U=0.12kg		2026-09-29
				（800～2000）kg	U=1.2kg		2026-09-29

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
6	*连续累计自动衡器（皮带秤）	质量	连续累计自动衡器（皮带秤）检定规程 JJG195	（57.6～100）t/h	U_{rel}=0.28%		2026-09-29
				（100～500）t/h	U_{rel}=0.7%		2026-09-29
				（500～1500）t/h	U_{rel}=1.2%		2026-09-29
7	*重力式自动装料衡器	质量	重力式自动装料衡器检定规程 JJG564	2.5kg～50kg	U_{rel}=0.06%		2026-09-29
				50kg～1t	U_{rel}=0.3%		2026-09-29
				1t～20t	U_{rel}=1.2%		2026-09-29
				20t～70t	U_{rel}=2.9%		2026-09-29
8	*数字指示秤	质量	数字指示秤检定规程 JJG539	2g～200g	U=（0.014～0.018）g		2026-09-29
				200g～1kg	U=（0.018～0.06）g		2026-09-29
				1kg～10kg	U=（0.06～0.6）g		2026-09-29
				10kg～100kg	U=（0.6～6）g		2026-09-29
				100kg～1t	U=（0.006～0.06）kg		2026-09-29
				1t～3t	U=（0.06～0.23）kg		2026-09-29

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				3t～15t	U=（0.23～1.2）kg		2026-09-29
				15t～60t	U=（1.2～5）kg		2026-09-29
				60t～200t	U=（5～21）kg		2026-09-29
9	*动态公路车辆自动衡器	质量	动态公路车辆自动衡器检定规程 JJG907	动态（5～31）t	U=（0.21～1.0）×10^2kg		2026-09-29
				动态（31～49）t	U=（0.1～0.15）×10^3kg		2026-09-29
				静态（1～60）t	U=（4～8）kg		2026-09-29
10	*便携式动态轴重仪	质量	便携式动态轴重仪校准规范 JJF1212	动态（5～31）t	U=（0.09～0.19）×10^3kg		2026-09-29
				动态（31～49）t	U=（0.19～0.26）×10^3kg		2026-09-29
11	标准玻璃浮计	密度	标准玻璃浮计检定规程 JJG86	二等标准密度计:（650～1500）kg/m^3	U=0.15kg/m^3		2026-09-29
				二等标准石油密度计:（650～1100）kg/m^3	U=0.15kg/m^3		2026-09-29
		酒精度		二等标准酒精计：（0～100）%	U=0.06%		2026-09-29
12	工作玻璃浮计	密度	工作玻璃浮计检定规程 JJG42	工作密度计：（650～1800）kg/m^3 ，d=0.5kg/m^3	U=0.15kg/m^3		2026-09-29
				工作密度计：（650～1800）kg/m^3 ，d=1kg/m^3	U=0.3kg/m^3		2026-09-29

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				工作石油密度计：（650～1100）kg/m³	U=0.15kg/m³		2026-09-29
		波美度		（0～70）Bh	U=0.3Bh		2026-09-29
		土壤度		（3～50）s°	U=0.30s°		2026-09-29
		乳汁度		（15～40）m°	U=0.3m°		2026-09-29
		酒精度		精密酒精计：（0～100）%	U=0.05%		2026-09-29
				工作酒精计：（0～100）%	U=0.3%		2026-09-29
13	标准金属量器	容量	标准金属量器检定规程 JJG 259	二等标准金属量器：（1～2500） L	U_{rel}=0.0083%		2026-09-29
				三等标准金属量器：（1～5000）L	U_{rel}=0.03%		2026-09-29
14	*水表检定装置	流量	水表检定装置检定规程 JJG 1113	（0.004～32）m³/h	U_{rel}=0.03%		2026-09-29
15	常用玻璃量器	容量	常用玻璃量器检定规程 JJG196	（0.1～0.5）mL	U=0.002mL		2026-09-29
				（0.5～25）mL	U=0.006mL		2026-09-29
				（25～100）mL	U=0.03mL		2026-09-29
				（100～500）mL	U=0.09mL		2026-09-29

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				（500～1000）mL	U=0.18mL		2026-09-29
				（1000～2000）mL	U=0.20mL		2026-09-29
16	专用玻璃量器	容量	专用玻璃量器检定规程 JJG10	（5～10）mL	U=0.01mL		2026-09-29
				（10～50）mL	U=0.09mL		2026-09-29
				（50～100）mL	U=0.20mL		2026-09-29
17	移液器	容量	移液器检定规程 JJG646	（0.1～10）μL	U=0.01 μL		2026-09-29
				（10～100）μL	U=0.03 μL		2026-09-29
				（100～1000）μL	U=0.07 μL		2026-09-29
				（1000～10000）μL	U=3.5 μL		2026-09-29
18	*汽车油罐车	容量	汽车油罐车容量检定规程 JJG 133	(0.1～50)m^3	U_{rel}=0.03%		2026-09-29
19	*液态物料定量灌装机	容量	液态物料定量灌装机检定规程 JJG 687	(10～50)mL	U_{rel}=1.2%		2026-09-29
				(50～100)mL	U_{rel}=0.7%		2026-09-29
				(100～500)mL	U_{rel}=0.5%		2026-09-29

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(500～1000)mL	U_{rel}=0.3%		2026-09-29
		质量		(10～50)g	U_{rel}=1.2%		2026-09-29
				(50～100)g	U_{rel}=0.8%		2026-09-29
				(100～1000)g	U_{rel}=0.4%		2026-09-29
20	*钟罩式气体流量标准装置	流量	钟罩式气体流量标准装置检定规程 JJG 165	（0.016～30）m^3/h	U_{rel}=0.14%		2026-09-29
21	液体容积式流量计	流量	液体容积式流量计检定规程 JJG 667	DN15～DN300：（0.5～1500）m^3/h	U_{rel}=0.056%（静态质量法）		2026-09-29
				DN15～DN80：（0.03～100）m^3/h	U_{rel}=0.32%（标准表法）		2026-09-29
22	浮子流量计	流量	浮子流量计检定规程 JJG 257	液体，DN15～DN300：（0.5～1500）m^3/h	U_{rel}=0.1%（静态质量法）		2026-09-29
23	科里奥利质量流量计	流量	科里奥利质量流量计检定规程 JJG 1038	液体，DN15～DN80：（0.03～100）m^3/h	U_{rel}=0.32%（标准表法）		2026-09-29
				液体，DN15～DN300：（0.5～1500）m^3/h	U_{rel}=0.056%（静态质量法）		2026-09-29
24	涡轮流量计	流量	涡轮流量计检定规程 JJG 1037	气体，DN10～DN300：（0.4～5000）m^3/h	U_{rel}=0.36%（喷嘴法）		2026-09-29
				液体，DN15～DN80：（0.03～100）m^3/h	U_{rel}=0.32%（标准表法）		2026-09-29
				液体，DN15～DN300：（0.5～1500）m^3/h	U_{rel}=0.056%（静态质量法）		2026-09-29

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
25	*电磁流量计	流量	电磁流量计检定规程 JJG 1033；电磁流量计在线校准规范 JJF 2216	DN15～DN300：（0.5～1500）m^3/h	U_{rel}=0.056%（静态质量法）		2026-09-29
				DN15～DN80：（0.03～100）m^3/h	U_{rel}=0.32%（标准表法）		2026-09-29
				DN50～DN1200：（5～10058）m^3/h	U_{rel}=0.85%（在线）		2026-09-29
26	气体容积式流量计	流量	气体容积式流量计检定规程 JJG 633	DN10～DN300：(0.4～5000)m^3/h	U_{rel}=0.36%		2026-09-29
27	涡街流量计	流量	涡街流量计检定规程 JJG 1029	气体，DN10～DN300：(0.4～5000)m^3/h	U_{rel}=0.36%（喷嘴法）		2026-09-29
				液体，DN15～DN80：（0.03～100）m3/h	U_{rel}=0.32%（标准表法）		2026-09-29
				液体，DN15～DN300：（0.5～1500）m^3/h	U_{rel}=0.07%（静态质量法）		2026-09-29
28	*超声流量计	流量	超声流量计检定规程 JJG 1030；电磁流量计在线校准规范 JJF 2216	液体，DN15～DN80：（0.03～100）m^3/h	U_{rel}=0.32%（标准表法）		2026-09-29
				液体，DN15～DN300：(0.5～1500)m^3/h	U_{rel}=0.056%（静态质量法）		2026-09-29
				气体，DN10～DN300：（0.4～5000）m^3/h	U_{rel}=0.36%（喷嘴法）		2026-09-29
				液体，DN50～DN1200：（5～10058）m^3/h	U_{rel}=0.85%（在线）		2026-09-29
29	饮用冷水水表	流量	饮用冷水水表检定规程 JJG 162	（0.5～1500）m^3/h	U_{rel}=0.1%		2026-09-29
30	标准表法压缩天然气加气机检定装置	流量	标准表法压缩天然气加气机检定装置校准规范 JJF 1583	（1～80）kg/min	U_{rel}=0.3%		2026-09-29

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
31	流量积算仪	流量	流量积算仪检定规程 JJG 1003	（0.5～20000）m^3/h	U_{rel}=0.05%		2026-09-29
32	*明渠堰槽流量计	流量	明渠堰槽流量计(试行)JJG 711	水位：（0.015～1.5）m	U=1.0mm		2026-09-29
				流量：（0.324～9000）m^3/h	U_{rel}=4%		2026-09-29
33	*立式金属罐容量	容量	立式金属罐容量 JJG 168	（20～100）m^3（含100m^3）	U_{rel}=0.3%		2026-09-29
				（100～700）m^3（含700m^3）	U_{rel}=0.2%		2026-09-29
				（700～100000）m^3	U_{rel}=0.1%		2026-09-29
34	*卧式金属罐容量	容量	卧式金属罐容量 JJG 266	(10～100)m^3	U_{rel}=0.25%（k=2）(总容积的 75%以上)		2026-09-29
35	液体活塞式压力计	压力	液体活塞式压力计检定规程 JJG 59	(0.04～60)MPa	U_{rel}=0.0028%		2026-09-29
36	活塞式压力真空计	压力	活塞式压力真空计检定规程 JJG 236	(-0.1～-0.01)MPa	U_{rel}=0.0054%		2026-09-29
				(0.01～0.25）MPa	U_{rel}=0.0054%		2026-09-29
37	弹性元件式精密压力表和真空表	压力	弹性元件式精密压力表和真空表检定规程 JJG 49	(-0.1～100)MPa	U=0.07%FS		2026-09-29
38	*弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表	压力	弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程 JJG 52	(-0.1～100)MPa	U=0.5%FS		2026-09-29

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
39	数字压力计	压力	数字压力计检定规程 JJG 875	(-0.1～60)MPa	U=0.024%FS		2026-09-29
				(60～100)MPa	U=0.06%FS		2026-09-29
40	空盒气压表和空盒气压计	气压	空盒气压表和空盒气压计检定规程 JJG 272	(800～1060)hPa	U=0.6hPa		2026-09-29
		温度系数		(-0.14～0.25)hPa/℃	U=0.03hPa/℃		2026-09-29
41	数字式气压计	气压	数字式气压计检定规程 JJG 1084	(800～1060)hPa	U=0.14hPa		2026-09-29
42	*压力变送器	压力	压力变送器检定规程 JJG882	(0～100)MPa	U=0.06%FS		2026-09-29
43	补偿式微压计	压力	补偿式微压计检定规程 JJG158	(-2.5～2.5)kPa	U=0.58Pa		2026-09-29
44	倾斜式微压计	压力	倾斜式微压计检定规程 JJG172	(-2.0～2.0)kPa	U=4.8Pa		2026-09-29
45	标准测力仪	力值	标准测力仪检定规程 JJG144	(0.1～10)kN	U_{rel}=0.06%		2026-09-29
				(10～60)kN	U_{rel}=0.09%		2026-09-29
				(60～2000)kN	U_{rel}=0.13%		2026-09-29
46	工作测力仪	力值	工作测力仪检定规程 JJG455	(20～100)N	U_{rel}=0.29%		2026-09-29
				(0.1～2000)kN	U_{rel}=0.20%		2026-09-29

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
47	*抗折试验机	力值	抗折试验机检定规程 JJG 476	5N～50kN	U_{rel}=0.16%		2026-09-29
		速度		(45～55)N/s	U=0.17N/s		2026-09-29
48	液压千斤顶	力值	液压千斤顶检定规程 JJG 621	100N～5MN	U_{rel}=0.41%		2026-09-29
49	*拉力、压力和万能试验机	力值	拉力、压力和万能试验机检定规程 JJG 139	1N～100N	U_{rel}=0.35%		2026-09-29
				100N～3000kN	U_{rel}=0.16%		2026-09-29
				3MN～5MN	U_{rel}=0.35%		2026-09-29
50	*电液伺服万能试验机	力值	电液伺服万能试验机检定规程 JJG 1063	100N～2000kN	U_{rel}=0.16%		2026-09-29
		同轴度		(0.1～20)%	U=3%		2026-09-29
51	*电子式万能试验机	力值	电子式万能试验机检定规程 JJG 475	1N～100N	U_{rel}=0.35%		2026-09-29
				100N～1000kN	U_{rel}=0.16%		2026-09-29
		同轴度		(0.1～20)%	U=3%		2026-09-29
52	*界面张力仪	张力	界面张力仪校准规范 JJF1464	(1～200)mN/m	U_{rel}=0.6%		2026-09-29
53	*摆锤式冲击试验机	冲击能量	摆锤式冲击试验机检定规程 JJG145	间接法:(10～30)J	U=1.0J		2026-09-29

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				间接法:(80～100)J	U=2.3J		2026-09-29
				间接法:(120～140)J	U=2.2J		2026-09-29
				间接法:(220～240)J	U=4.4J		2026-09-29
				直接法:(0.1～300)J	U_{rel}=0.4%		2026-09-29
54	扭矩扳子	扭矩	扭矩扳子检定规程 JJG707	(0.6～3000)Nm	U_{rel}=0.4%		2026-09-29
55	液压扭矩扳子	扭矩	液压扭矩扳手检定规程 JJG(新)16	(700～20000)Nm	U_{rel}=1.2%		2026-09-29
56	工作扭矩仪	扭矩	工作扭矩仪检定规程 JJG1146	(700～20000)Nm	U_{rel}=1.2%		2026-09-29
57	*金属布氏硬度计	硬度	金属布氏硬度计检定规程 JJG150	(100～350)HBW	U_{rel}=(0.8～1.1)%		2026-09-29
58	*金属洛氏硬度计	硬度	金属洛氏硬度计(A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,T标尺)检定规程 JJG112	(20～88) HRA	U=0.6HR	只校准A、B、C标尺。	2026-09-29
				(20～100) HRB	U=0.8HR		2026-09-29
				(20～30) HRC	U=0.9HR		2026-09-29
				(35～55) HRC	U=0.7HR		2026-09-29
				(60～70) HRC	U=0.6HR		2026-09-29

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
59	*里氏硬度计	硬度	里氏硬度计检定规程 JJG747	(490～830)HLD	U_{rel}=(1.4～1.9)%		2026-09-29
60	*金属维氏硬度计	硬度	金属维氏硬度计检定规程 JJG151	(400～600)HV	U_{rel}=(1.7～2.5)%		2026-09-29
61	振动位移传感器	位移	振动位移传感器检定规程 JJG644	动态:(0.01～2)mm，80Hz	U_{rel}=1.0%		2026-09-29
				动态:(0.01～2)mm，(20～500)Hz	U_{rel}=2.0%		2026-09-29
				静态:(0.01～50)mm	U_{rel}=0.6%		2026-09-29
62	磁电式速度传感器	速度	磁电式速度传感器检定规程 JJG134	(0.1～200)m/s，160Hz	U_{rel}=1.0%		2026-09-29
				(0.1～200)m/s，(20～2000)Hz	U_{rel}=2.0%		2026-09-29
63	压电加速度计	加速度	压电加速度计检定规程 JJG233	(1～100)m/s^2，160Hz	U_{rel}=1.0%		2026-09-29
				(1～100)m/s^2，(20～2000)Hz	U_{rel}=2.0%		2026-09-29
64	*液压式振动试验系统	频率	液压式振动试验系统检定规程 JJG 638	(20～2000)Hz	U=0.2 Hz		2026-09-29
		加速度		(1～100)m/s^2	U_{rel}=3.5%		2026-09-29
		失真度		(0.01～100)%	U=2.0%		2026-09-29
65	*机械式振动试验台	频率	机械式振动试验台检定规程 JJG 189	(20～1000)Hz	U=0.2 Hz		2026-09-29

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		加速度		(1～100)m/s^2	U_{rel}=3.5%		2026-09-29
		失真度		(0.01～100)%	U=2.0%		2026-09-29
66	*电动水平振动试验台	频率	电动水平振动试验台检定规程 JJG 1000	(20～4000)Hz	U=0.2 Hz		2026-09-29
		加速度		(1～100)m/s^2	U_{rel}=3.5%		2026-09-29
		失真度		(0.01～100)%	U=2.0%		2026-09-29
67	*电动振动试验系统	频率	电动振动试验系统检定规程 JJG 948	(20～4000)Hz	U_{rel}=0.2 Hz		2026-09-29
		加速度		(1～100)m/s^2	U_{rel}=3.5%		2026-09-29
		失真度		(0.01～100)%	U=2.0%		2026-09-29
68	测振仪	加速度	测振仪检定规程 JJG 676	(0.1～100)m/s^2，160Hz	U_{rel}=1.0%		2026-09-29
				(1～100)m/s^2，(20～2000)Hz	U_{rel}=2.0%		2026-09-29
		速度		(0.1～100)m/s，160Hz	U_{rel}=1.0%		2026-09-29
				(0.1～100)m/s，(20～2000)Hz	U_{rel}=2.0%		2026-09-29
		位移		(0.01～5)mm，160Hz	U_{rel}=1.0%		2026-09-29

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(0.01～5)mm，(20～2000)Hz	U_{rel}=2.0%		2026-09-29
		频率		(20～2000)Hz	U=0.2 Hz		2026-09-29
69	基桩动态测量仪	频率	基桩动态测量仪检定规程 JJG930	(20～2000) Hz	U_{rel}=0.3%	不做冲击法，不做带应变功能的基桩动态测量仪	2026-09-29
		加速度		(5～100)m/s²	U_{rel}=2.0%		2026-09-29
70	转速表	转速	转速表检定规程 JJG105	(30～30000)r/min	U_{rel}=0.01%		2026-09-29
71	*出租汽车计价器	距离	出租汽车计价器检定规程 JJG517	装车计程:(0.1～5)km	U_{rel}=0.32%		2026-09-29
				本机计程:(1～4)km	U_{rel}=0.16%		2026-09-29
		时间		(300 ～900)s	U_{rel}=0.1%		2026-09-29
72	出租汽车计价器标准装置	转速	出租汽车计价器标准装置检定规程 JJG738	(500～4000)r/min	U_{rel}=0.42%		2026-09-29
		车速		(30～360)km/h	U=0.7km/h		2026-09-29
73	*固定式机动车雷达测速仪	频率	固定式机动车雷达测速仪检定规程 JJG 527	(10～40)GHz	U=2MHz		2026-09-29
		速度		模拟速度:(20～180)km/h	U=1km/h		2026-09-29

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				现场速度:(20～100)km/h	U=1km/h		2026-09-29
74	*移动式机动车雷达测速仪	频率	移动式机动车雷达测速仪检定规程 JJG 528	(10～40)GHz	U=2MHz		2026-09-29
		速度		模拟速度:(20～180)km/h	U=1km/h		2026-09-29
				现场速度:(20～100)km/h	U=1km/h		2026-09-29
75	*实验室用离心机	转速	实验室用离心机校准规范 JJF(蒙)039	(500～30000)r/min	U_{rel}=0.7%		2026-09-29
76	*电梯限速器测试仪	速度	电梯限速器测试仪校准规范 JJF1374	(1.000～5.000)m/s	U_{rel}=0.4%		2026-09-29
77	*汽车排气污染物检测用底盘测功机	速度	汽车排气污染物检测用底盘测功机校准规范 JJF1221	（1～100）km/h	U_{rel}=0.11%		2026-09-29
		扭力		（200～10000）N	U_{rel}=0.34%		2026-09-29
		时间		（0.1～150）s	U_{rel}=1.46%		2026-09-29
78	*汽车底盘测功机	扭力	测功装置检定规程 JJG 653	（200～10000）N	U_{rel}=0.5%		2026-09-29
		速度		（1～120）km/h	U_{rel}=0.3%		2026-09-29
四、声学							
1	声级计	声压级	声级计检定规程 JJG 188	声信号:(10～94)dB,(10～250)Hz	U=0.5dB		2026-09-29

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				声信号:(10～94)dB，(315～3150)Hz	U=0.5dB		2026-09-29
				声信号:(10～94)dB，(4000～8000)Hz	U=0.6dB		2026-09-29
				声信号:(10～94)dB，(10～20)kHz	U=0.7dB		2026-09-29
				电信号:(1～140)dB，(1～8)kHz	U=0.2dB		2026-09-29
				猝发音信号：(1～140)dB，(0.25～1000)ms	U=0.2dB		2026-09-29
		时间计权		F:(1～50)dB/s，4kHz	U=3.0dB/s		2026-09-29
				S:1～50)dB/s，4kHz	U=0.3dB/s		2026-09-29
2	噪声统计分析仪	声压级	噪声统计分析仪检定规程 JJG 778	声信号:(10～94)dB，(10～250)Hz	U=0.5dB		2026-09-29
				声信号:(10～94)dB，(315～3150)Hz	U=0.5dB		2026-09-29
				声信号:(10～94)dB，(4000～8000)Hz	U=0.6dB		2026-09-29
				声信号:(10～94)dB，(10～20)kHz	U=0.7dB		2026-09-29
				电信号:(1～140)dB，(1～8)kHz	U=0.2dB		2026-09-29
				猝发音信号:(1～140)dB，(0.25～1000)ms	U=0.2dB		2026-09-29

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		时间计权		F:(1～50)dB/s，4kHz	U=3.0dB/s		2026-09-29
				S:(1～50)dB/s，4kHz	U=0.3dB/s		2026-09-29
3	*医用超声诊断仪超声源	超声功率	医用超声诊断仪超声源检定规程 JJG 639	(1～100)mW	U_{rel}=20%		2026-09-29
4	*超声骨密度仪	声速	超声骨密度仪校准规范 JJF 1649	跟骨:(1400～1700)m/s	U=28m/s		2026-09-29
				桡骨:(2500～3000)m/s	U=28m/s		2026-09-29
五、电磁							
1	*电流表、电压表、功率表及电阻表	直流电压	电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程 JJG 124	10mV～1000V	U_{rel}=0.1%		2026-09-29
		交流电压		(0.1～1000)V，(50Hz、60Hz、400Hz)	U_{rel}=0.1%		2026-09-29
		直流电流		1mA～20A	U_{rel}=0.1%		2026-09-29
		交流电流		2mA～20A，(50Hz、60Hz、400Hz)	U_{rel}=0.11%		2026-09-29
		直流功率		10W～7kW	U_{rel}=0.2%		2026-09-29
		交流功率		10W～10kW，(50Hz)	U_{rel}=0.2%		2026-09-29
		直流电阻		1Ω～1MΩ	U_{rel}=0.3%		2026-09-29

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
2	直流电位差计	直流电压	直流电位差计检定规程 JJG 123	(0.1～0.2111111)V	U=2.4×10^{-5}U_x+0.024 μV		2026-09-29
				(0.2111111～2.1111110)V	U=1.2×10^{-5}U_x+0.12 μV		2026-09-29
3	*变压比电桥	变比	变压比电桥检定规程 JJG 970	1～1000	U_{rel}=0.014%		2026-09-29
4	测量用电压互感器	比值	测量用电压互感器检定规程 JJG 314	(2～10)kV/100V，20%U_n	U=0.020%		2026-09-29
				(2～10)kV/100V，(50%～120%)U_n	U=0.012%		2026-09-29
		相位		±(0.001′～100′)，(2～10)kV/100V，20%U_n	U=0.8′		2026-09-29
				±(0.001′～100′)，(2～10)kV/100V，(50%～120%)U_n	U=0.4′		2026-09-29
5	*耐电压测试仪	直流电压	耐电压测试仪检定规程 JJG 795	(0.5～15)kV	U_{rel}=0.6%		2026-09-29
		交流电压		(0.5～15)kV，(50Hz)	U_{rel}=0.6%		2026-09-29
		直流电流		(0.4～200)mA	U_{rel}=0.8%		2026-09-29
		交流电流		(0.4～200)mA，(50Hz)	U_{rel}=0.8%		2026-09-29
		时间		10s～99s	U_{rel}=0.8%		2026-09-29
6	*交流高压试验装置	交流电压	交流高压试验装置校准规范 JJF(浙) 1144	(10～100)kV，(50Hz)	U_{rel}=1.4%		2026-09-29

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		频率		(45～65)Hz	U_{rel}=0.13%		2026-09-29
		失真度		0.1%～5%，(50Hz)	U_{rel}=3%		2026-09-29
7	测量用电流互感器	比值	测量用电流互感器检定规程 JJG 313	(5～2000)A/5A，5%I_n	U=0.024%		2026-09-29
				(5～2000)A/5A，(20%～120%)I_n	U=0.012%		2026-09-29
		相位		(0.01′～999.9′)，(5～2000)A/5A，5%I_n	U=0.70′		2026-09-29
				(0.01′～999.9′)，(5～2000)A/5A，(20%～120%)I_n	U=0.34′		2026-09-29
8	*大电流发生器	交流电流	大电流发生器校准规范 JJF(机械) 1037	(5～2000)A，(50Hz)	U_{rel}=0.1%		2026-09-29
9	直流标准电阻器	直流电阻	直流标准电阻器检定规程 JJG 166	1mΩ、10mΩ、100kΩ	U_{rel}=5×10^{-6}		2026-09-29
				1Ω	U_{rel}=1.8×10^{-6}		2026-09-29
				0.1Ω、10Ω、100Ω、1kΩ、10kΩ	U_{rel}=3×10^{-6}		2026-09-29
10	*直流高压高值电阻器	直流电阻	直流高压高值电阻器检定规程 JJG 1072	100Ω～100MΩ	U_{rel}=0.12%		2026-09-29
				100MΩ～10GΩ	U_{rel}=0.29%		2026-09-29
				10GΩ～100GΩ	U_{rel}=0.64%		2026-09-29

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				100GΩ～1TΩ	U_{rel}=1.2%		2026-09-29
11	*直流电阻分压箱	分压比	直流电阻分压箱检定规程 JJG 531	10～500，(100mV～1000V)	U_{rel}=3×10^{-5}		2026-09-29
12	直流电阻箱	直流电阻	直流电阻箱检定规程 JJG 982	1Ω～100kΩ	U_{rel}=0.002%		2026-09-29
				10mΩ～1Ω	U_{rel}=0.03%		2026-09-29
				1mΩ～10mΩ	U_{rel}=1%		2026-09-29
13	直流电桥	直流电阻	直流电桥检定规程 JJG 125	1Ω～100kΩ	U_{rel}=0.002%		2026-09-29
				10mΩ～1Ω	U_{rel}=0.03%		2026-09-29
				1mΩ～10mΩ	U_{rel}=1%		2026-09-29
14	*绝缘电阻表(兆欧表)	直流电阻	绝缘电阻表（兆欧表）检定规程 JJG 622	100Ω～10MΩ	U_{rel}=0.24%		2026-09-29
				10MΩ～100MΩ	U_{rel}=0.58%		2026-09-29
				100MΩ～1GΩ	U_{rel}=1.2%		2026-09-29
				1GΩ～1TΩ	U_{rel}=2.4%		2026-09-29
		直流电压		(100～5000)V	U_{rel}=1.7%		2026-09-29

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
15	*电子式绝缘电阻表	直流电阻	电子式绝缘电阻表检定规程 JJG 1005	100Ω～10MΩ	U_{rel}=0.24%		2026-09-29
				10MΩ～100MΩ	U_{rel}=0.58%		2026-09-29
				100MΩ～1GΩ	U_{rel}=1.2%		2026-09-29
				1GΩ～1TΩ	U_{rel}=2.4%		2026-09-29
		直流电压		100V～10kV	U_{rel}=1.7%		2026-09-29
16	*接地电阻表	电阻	接地电阻表检定规程 JJG 366	0.010Ω～0.1Ω	U_{rel}=12%		2026-09-29
				0.10Ω～1Ω	U_{rel}=1.4%		2026-09-29
				1Ω～2011.110Ω	U_{rel}=0.12%		2026-09-29
17	标准电能表	交流电能	标准电能表检定规程 JJG 1085	三相平衡负载：3×(57.7～380)V，3×(0.1～100)A，50Hz，cosΦ=1.0、0.5L、0.8C	U_{rel}=0.024%		2026-09-29
				三相平衡负载：3×(57.7～380)V，3×(0.1～100)A，50Hz，cosΦ=0.5C	U_{rel}=0.035%		2026-09-29

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				三相不平衡负载：3×(57.7～380)V，3×(0.1～100)A，50Hz，cos φ=1.0、0.5L、0.8C	U_{rel}=0.024%		2026-09-29
				三相不平衡负载：3×(57.7～380)V，3×(0.1～100)A，50Hz，cos φ=0.5C	U_{rel}=0.035%		2026-09-29
18	*交流电能表检定装置	交流电能	交流电能表检定装置检定规程 JJG 597	三相平衡负载：3×(57.7～380)V，3×(0.1～100)A，50Hz，cos φ=1.0、0.5L、0.8C	U_{rel}=0.024%		2026-09-29
				三相平衡负载：3×(57.7～380)V，3×(0.1～100)A，50Hz，cos φ=0.5C	U_{rel}=0.035%		2026-09-29
				三相不平衡负载：3×(57.7～380)V，3×(0.1～100)A，50Hz，cos φ=1.0、0.5L、0.8C	U_{rel}=0.024%		2026-09-29
				三相不平衡负载：3×(57.7～380)V，3×(0.1～100)A，50Hz，cos φ=0.5C	U_{rel}=0.035%		2026-09-29
		交流电压		（57.7～380)V,50Hz	U_{rel}=0.12%		2026-09-29
		交流电流		（0.1～100)A,50Hz	U_{rel}=0.12%		2026-09-29

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		交流功率		（5.77～38000)W,50Hz	U_{rel}=0.15%		2026-09-29
		相位角		0°～360°,50Hz	U=0.18°		2026-09-29
19	*氧化锌避雷器测试仪	电压	氧化锌避雷器测试仪校准规范 JJF 2194	(10～250)V,50Hz	U_{rel}=0.5%		2026-09-29
		电流		(1～20)mA,50Hz	U_{rel}=0.5%		2026-09-29
		相位角		0°～180°,50Hz	U=0.9°		2026-09-29
20	过程仪表校验仪	直流电压(测量)	过程仪表校验仪校准规范 JJF1472	10mV～300V	U_{rel}=4.6×10^{-5}		2026-09-29
		直流电流(测量)		（1～100）mA	U_{rel}=1.5×10^{-4}		2026-09-29
		电阻(测量)		(10～10000) Ω	U_{rel}=2.9×10^{-4}		2026-09-29
		频率(测量)		1Hz～100kHz	U_{rel}=2×10^{-4}		2026-09-29
		温度(热电阻测量)		(-200～800) ℃	U=0.058℃		2026-09-29
		温度(热电偶测量)		(100～1000) ℃	U=0.41℃		2026-09-29
				(1000～1700) ℃	U=0.29 ℃		2026-09-29
		交流电压(测量)		100mV～300V,（50Hz～1kHz）	U_{rel}=1.1×10^{-4}		2026-09-29

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		交流电流(测量)		(10～200)mA,（50Hz～1kHz）	U_{rel}=2.4×10^{-4}		2026-09-29
		直流电压(输出)		10mV～300V	U_{rel}=5.2×10^{-5}		2026-09-29
		直流电流(输出)		(1～100)mA	U_{rel}=1.2×10^{-4}		2026-09-29
		电阻(输出)		(10～10000)Ω	U_{rel}=1.3×10^{-4}		2026-09-29
		频率(输出)		1Hz～100kHz	U_{rel}=2×10^{-4}		2026-09-29
		温度(热电阻输出)		(-200～800) ℃	U=0.058℃		2026-09-29
		温度(热电偶输出)		(100～1000) ℃	U=0.41 ℃		2026-09-29
				(1000～1700) ℃	U=0.29℃		2026-09-29
21	多功能标准源	直流电压	多功能标准源校准规范 JJF1638	（0.1～1）V	U=1.6×10^{-5}R_d+0.7μV		2026-09-29
				（1～10）V	U=1.3×10^{-5}R_d+5μV		2026-09-29
				（10～100）V	U=1.7×10^{-5}R_d+70μV		2026-09-29
				（100～1000）V	U=1.6×10^{-5}R_d+0.4mV		2026-09-29
		直流电流		10mA～19A	U_{rel}=0.04%		2026-09-29

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		交流电压		（0.1～1）V，（40Hz～10kHz）	U=1.8×10^{-4}R_d+90μV		2026-09-29
				（1～10）V，（40Hz～10kHz）	U=2.6×10^{-4}R_d+0.9mV		2026-09-29
				（10～100）V，（40Hz～10kHz）	U=3.2×10^{-4}R_d+9mV		2026-09-29
				（100～1000）V，（40Hz～10kHz）	U=4×10^{-4}R_d+0.09V		2026-09-29
		交流电流		100μA～19A，（40Hz～10kHz）	U_{rel}=0.1%		2026-09-29
		电阻		（1～2）Ω	U=2.2×10^{-5}R_d+5μΩ		2026-09-29
				（2～20）Ω	U=1.2×10^{-5}R_d+18μΩ		2026-09-29
				（20～200）Ω	U=1.0×10^{-5}R_d+60μΩ		2026-09-29
				200Ω～2kΩ	U=1.0×10^{-5}R_d+0.6mΩ		2026-09-29
				2kΩ～20kΩ	U=1.0×10^{-5}R_d+6mΩ		2026-09-29
				20kΩ～200kΩ	U=1.0×10^{-5}R_d+60mΩ		2026-09-29
				200kΩ～2MΩ	U=1.2×10^{-5}R_d+1.2Ω		2026-09-29
				2MΩ～20MΩ	U=2.5×10^{-5}R_d+0.12kΩ		2026-09-29

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				20MΩ～200MΩ	U=1.5×10^{-4}R_d+12kΩ		2026-09-29
				200MΩ～1GΩ	U=1.9×10^{-3}R_d+1.2MΩ		2026-09-29
22	数字多用表	直流电压	数字多用表校准规范 JJF1587	100mV～220mV	U=1.0×10^{-5}R_d+0.7μV		2026-09-29
				220mV～2.2V	U=9×10^{-6}R_d+1.2μV		2026-09-29
				2.2V～11V	U=9×10^{-6}R_d+80μV		2026-09-29
				11V～22V	U=9×10^{-6}R_d+80μV		2026-09-29
				22V～220V	U=1.0×10^{-5}R_d+0.10mV		2026-09-29
				220V～1000V	U=1.1×10^{-5}R_d+0.6mV		2026-09-29
		直流电流		100μA～220μA	U=6×10^{-5}R_d+10nA		2026-09-29
				220μA ～2.2mA	U=6×10^{-5}R_d+10nA		2026-09-29
				2.2mA～22mA	U=6×10^{-5}R_d+0.10μA		2026-09-29
				22mA～220mA	U=7×10^{-5}R_d+1.0μA		2026-09-29
				220mA～2.2A	U=1.0×10^{-4}R_d+30μA		2026-09-29

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				2.2A～10A	U=5×10^{-4}R_d+0.6mA		2026-09-29
		交流电压		(0.5～2.2)V，（40Hz～20kHz）	U=9×10^{-5}R_d+7μV		2026-09-29
				(2.2～22)V，（40Hz～20kHz）	U=9×10^{-5}R_d+70μV		2026-09-29
				(22～220)V，（40Hz～20kHz）	U=1.0×10^{-4}R_d+1.0mV		2026-09-29
				(220～1000)V，（40Hz～1kHz）	U=1.0×10^{-4}R_d+5mV		2026-09-29
		交流电流		(10～22)mA，（40Hz～1kHz）	U=2.0×10^{-4}R_d+0.5μA		2026-09-29
				(22～220)mA，（40Hz～1kHz）	U=2.0×10^{-4}R_d+5μA		2026-09-29
				220mA～2.2A，（40Hz～1kHz）	U=8×10^{-4}R_d+50μA		2026-09-29
				2.2A～10A，（40Hz～1kHz）	U=6×10^{-4}R_d+0.2mA		2026-09-29
		直流电阻		10Ω	U_{rel}=4×10^{-5}		2026-09-29
				19Ω	U_{rel}=4×10^{-5}		2026-09-29
				100Ω	U_{rel}=2.0×10^{-5}		2026-09-29
				190Ω	U_{rel}=2.0×10^{-5}		2026-09-29

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				1kΩ	$U_{rel}=1.6\times10^{-5}$		2026-09-29
				1.9kΩ	$U_{rel}=1.6\times10^{-5}$		2026-09-29
				10kΩ	$U_{rel}=1.4\times10^{-5}$		2026-09-29
				19kΩ	$U_{rel}=1.4\times10^{-5}$		2026-09-29
				100kΩ	$U_{rel}=1.7\times10^{-5}$		2026-09-29
				190kΩ	$U_{rel}=1.7\times10^{-5}$		2026-09-29
				1MΩ	$U_{rel}=2.4\times10^{-5}$		2026-09-29
				1.9MΩ	$U_{rel}=2.5\times10^{-5}$		2026-09-29
				10MΩ	$U_{rel}=4.7\times10^{-5}$		2026-09-29
				19MΩ	$U_{rel}=5.5\times10^{-5}$		2026-09-29
				100MΩ	$U_{rel}=1.3\times10^{-4}$		2026-09-29
23	*互感器负荷箱	阻抗	互感器负荷箱校准规范 JJF 1264	(0.06～10)Ω	$U_{rel}=0.24\%$		2026-09-29
		导纳		(0.075～12)mS	$U_{rel}=0.24\%$		2026-09-29

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
24	*互感器综合特性测试仪	电压	互感器综合特性测试仪校准规范 T/JJF（华北）5006	(0.1～1000)V,50Hz	U_{rel}=0.3%		2026-09-29
		电流		(0.1～20)A,50Hz	U_{rel}=0.3%		2026-09-29
		变比		1～400	U_{rel}=0.16%		2026-09-29
		二次负荷（阻抗）		(0.1～1.0)Ω	U_{rel}=0.24%		2026-09-29
		二次负荷（导纳）		(0.1～1.0)mS	U_{rel}=0.24%		2026-09-29
		二次绕组电阻		(0.1～100)Ω	U_{rel}=2%		2026-09-29
25	*互感器校验仪	比值差	互感器校验仪检定规程 JJG 169	-10%～-0.02%,0.02%～10%	U_{rel}=0.24%		2026-09-29
		相位差		-50’～-0.5’,0.5’～50’	U_{rel}=0.24%		2026-09-29
六、无线电							
1	*绝缘油介质损耗与体积电阻率测试仪	介质损耗	绝缘油介质损耗因数及体积电阻率测试仪校准规范 JJF 1618	(0.01～9.996)%	U=0.6%R_d+0.01%		2026-09-29
		体积电阻率		(1.13×10^6～1.13×10^{12})Ω·m	U_{rel}=0.5%		2026-09-29
		电容		100pF	U_{rel}=0.6%		2026-09-29
		交流电压		(0.1～2)kV，50Hz	U_{rel}=0.6%		2026-09-29

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		温度		(50～100)° C	U=0.1° C		2026-09-29
2	*高压介质损耗因数测试仪	介质损耗因数	高压介质损耗因数测试仪检定规程 JJG 1126	(0.01～9.996)%	U=0.6%R_d+0.01%		2026-09-29
		电容		100pF	U_{rel}=0.5%		2026-09-29
七、时间频率							
1	*时钟测试仪	频率测量	时钟测试仪校准规范 JJF 1662	1Hz～10MHz	U_{rel}=1.2×10^{-6}		2026-09-29
		频率输出		100kHz、50kHz、10kHz、1kHz	U_{rel}=1.2×10^{-6}		2026-09-29
		时间间隔（日差）		-10s～10s	U=0.02s		2026-09-29
		时刻		0h0min0s～23h59min59s	U=3.2s		2026-09-29
2	秒表	时间	秒表校准规范 JJF2195	机械秒表：0.1s～15min（分辨力 0.1s）	U=0.10s		2026-09-29
				机械秒表:0.2s～30min（分辨力 0.2s）	U=0.2s		2026-09-29
				电子秒表:（1～3600）s	U=0.02s		2026-09-29
				电子秒表:86400s	U=0.06s		2026-09-29
八、光学							

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
1	*水质色度仪	色度	水质色度仪校准规范 JJF 1689	数显仪器：(0～100)度	U=1.7 度		2026-09-29
				数显仪器：(100～500)度	U=4.4 度		2026-09-29
				目视仪器：(0～5)度	U=4 度		2026-09-29
				目视仪器：(5～70)度	U=7 度		2026-09-29
2	*验光镜片箱	球镜度	验光镜片箱检定规程 JJG579	（-25.00～+25.00）m^{-1}	U=0.03m^{-1}		2026-09-29
		柱镜度		（-6.00～+6.00）m^{-1}	U=0.06m^{-1}		2026-09-29
		棱镜度		（0.00～5.00）cm/m	U=0.10cm/m		2026-09-29
				（5.00～10.00）cm/m	U=0.10cm/m		2026-09-29
3	*焦度计	球镜度	焦度计检定规程 JJG580	（-25.00～+25.00）m^{-1}	U=0.04m^{-1}		2026-09-29
		柱镜度		（-6.00～+6.00）m^{-1}	U=0.04m^{-1}		2026-09-29
		棱镜度		（2.00～20.00）cm/m	U=0.10cm/m		2026-09-29
4	*验光仪	球镜度	验光仪检定规程 JJG892	（-20.00～+20.00）m^{-1}	U=0.16m^{-1}		2026-09-29
		柱镜度		-3m^{-1}	U=0.30m^{-1}		2026-09-29

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		瞳距		（55～75）mm	U=1.2mm		2026-09-29
		角膜轴位		（5.5～10.0）mm	U=0.015mm		2026-09-29
九、化学							
1	*紫外、可见分光光度计	波长	紫外、可见、近红外分光光度计检定规程 JJG 178	(190～900)nm	U=0.4nm		2026-09-29
		透射比		5%～35%	U=0.4%		2026-09-29
2	*傅立叶变换红外光谱仪	波数	傅立叶变换红外光谱仪校准规范 JJF 1319	(4000～400)cm^{-1}	U=0.53cm^{-1}		2026-09-29
3	*原子吸收分光光度计	检出限	原子吸收分光光度计检定规程 JJG 694	火焰原子化法测 Cu:≤0.020μg/mL	U=0.005μg/mL		2026-09-29
				石墨炉原子化法测 Cd:≤4.0pg	U=0.4pg		2026-09-29
		浓度		火焰原子化法测 Cu:(0.50～5.00)μg/mL	U_{rel}=5.4%		2026-09-29
				石墨炉原子化法测 Cd:(0.50～5.00)ng/mL	U_{rel}=7.8%		2026-09-29
4	*荧光分光光度计	检出极限	荧光分光光度计检定规程 JJG 537	A 类：≤5×10^{-10}g/mL	U_{rel}=45%		2026-09-29
5	*原子荧光光度计	检出限	原子荧光光度计检定规程 JJG 939	As:≤0.4ng	U_{rel}=48%		2026-09-29
				Sb:≤0.4ng	U_{rel}=48%		2026-09-29

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
6	*ICP 光谱仪	波长	发射光谱仪检定规程 JJG 768	(190～770)nm	U=0.01nm		2026-09-29
		检出限		Zn:≤0.003mg/L	U_{rel}=48%		2026-09-29
				Ni:≤0.01mg/L	U_{rel}=48%		2026-09-29
				Mn:≤0.002mg/L	U_{rel}=48%		2026-09-29
				Cr:≤0.007mg/L	U_{rel}=48%		2026-09-29
				Cu:≤0.007mg/L	U_{rel}=48%		2026-09-29
				Ba:≤0.001mg/L	U_{rel}=48%		2026-09-29
7	*火焰光度计	浓度	火焰光度计检定规程 JJG 630	K：(0～0.200)mmol/L	U=0.0004mmol/L		2026-09-29
				Na：(0～1.00)mmol/L	U=0.034 mmol/L		2026-09-29
		检测限		K：≤0.004mmol/L	U=0.001mmol/L		2026-09-29
				Na：≤0.008mmol/L	U=0.004mmol/L		2026-09-29
8	*旋光仪及旋光糖量计	旋光度	旋光仪及旋光糖量计检定规程 JJG 536	-75° ～+75°	U=0.003° ～0.005°		2026-09-29
		糖度		-209° Z～+209° Z	U=0.02° Z		2026-09-29

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
9	*测汞仪	检出限	测汞仪检定规程 JJG 548	吸收类：≤1.0ng	U_{rel}=47%		2026-09-29
				荧光类：≤0.1ng	U_{rel}=47%		2026-09-29
10	*气相色谱仪	灵敏度	气相色谱仪检定规程 JJG 700	TCD(苯-甲苯)：≥800mV•mL/mg	U_{rel}=11%		2026-09-29
				TCD(氮中甲烷气体)：≥800mV•mL/mg	U_{rel}=10%		2026-09-29
		检测限		ECD(丙体六六六-异辛烷)：≤5pg/mL	U_{rel}=11%		2026-09-29
				FID(氮中甲烷气体)：≤0.5ng/s	U_{rel}=11%		2026-09-29
				FID(正十六烷-异辛烷)：≤ 0.5ng/s	U_{rel}=11%		2026-09-29
				FPD(磷)：≤0.1ng/s	U_{rel}=16%		2026-09-29
				FPD(硫)：≤0.5ng/s	U_{rel}=11%		2026-09-29
				NPD(氮)：≤5pg/s	U_{rel}=11%		2026-09-29
				NPD(磷)：≤10pg/s	U_{rel}=11%		2026-09-29
11	*液相色谱仪	最小检测浓度	液相色谱仪检定规程 JJG 705	紫外可见光检测器：≤5×10^{-8}g/mL	U_{rel}=4.4%		2026-09-29
				二极管阵列检测器：≤5×10^{-8}g/mL	U_{rel}=4.4%		2026-09-29

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				荧光检测器：≤5×10^{-9}g/mL	U_{rel}=4.4%		2026-09-29
				示差折光率检测器：≤5×10^{-6}g/mL	U_{rel}=5.1%		2026-09-29
				蒸发光散射检测器：≤5×10^{-6}g/mL	U_{rel}=5.1%		2026-09-29
		流量		(0.1～1.5)mL/min	U_{rel}=0.3%		2026-09-29
12	*离子色谱仪	最小检测浓度	离子色谱仪检定规程 JJG 823	电导检测器、紫外可见检测器、电化学检测器：≤0.02μg/L	U_{rel}=40%		2026-09-29
		流量		(0.2～1.5)mL/min	U_{rel}=0.2%		2026-09-29
13	*四极杆电感耦合等离子体质谱仪	检出限	四极杆电感耦合等离子体质谱仪校准规范 JJF 1159	铍：≤30ng/L	U_{rel}=48%		2026-09-29
				铟：≤10ng/L	U_{rel}=48%		2026-09-29
				铋：≤10ng/L	U_{rel}=48%		2026-09-29
14	*气相色谱-质谱联用仪	信噪比	气相色谱-质谱联用仪校准规范 JJF 1164	离子阱、单四极杆(EI$^+$、CI$^+$、CI$^-$)： S/N≥10:1	U_{rel}=15%		2026-09-29
				三重四极杆 (EI$^+$、CI$^+$)：S/N≥10：1	U_{rel}=15%		2026-09-29
				飞行时间、静电场轨道阱(EI$^+$)：S/N≥50：1	U_{rel}=15%		2026-09-29
		原子质量		(50～700)u	U=0.06u		2026-09-29

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
15	*液相色谱-质谱联用仪	信噪比	液相色谱-质谱联用仪校准规范 JJF 1317	三重四极杆(ESI-)、单四极杆、离子阱(ESI-、ESI+、APCI+)：≥10:1 三重四极杆(ESI+、APCI+)：≥30:1	U_{rel}=10%		2026-09-29
		原子质量		(190～2300)u	U=0.10u		2026-09-29
16	*水中油分浓度分析仪	浓度	水中油分浓度分析仪检定规程 JJG 950	(1～10)mg/L	U=0.2mg/L		2026-09-29
				(10～1000)mg/L	U_{rel}=3.3%		2026-09-29
17	*浊度计	浊度	浊度计检定规程 JJG 880	(1～2000)NTU	U_{rel}=3.2%		2026-09-29
18	溶解氧测定仪	浓度	溶解氧测定仪检定规程 JJG 291	(5～12)mg/L	U=0.12mg/L		2026-09-29
19	*化学需氧量(COD)在线自动监测仪	浓度	化学需氧量(COD)在线自动监测仪检定规程 JJG 1012	(16～100)mg/L	U_{rel}=2.2%		2026-09-29
				(100～1000)mg/L	U_{rel}=1.0%		2026-09-29
20	*化学需氧量(COD)测定仪	浓度	化学需氧量(COD)测定仪检定规程 JJG 975	A 类：(1～50)mg/L	U_{rel}=2.6%		2026-09-29
				A 类：(50～1000)mg/L	U_{rel}=1.9%		2026-09-29
		温度		(100～200)℃	U=0.3℃		2026-09-29
21	*总有机碳分析仪	浓度	总有机碳分析仪检定规程 JJG 821	有机碳：(1～1000)mg/L	U_{rel}=3%		2026-09-29

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				无机碳：(1～1000)mg/L	U_{rel}=3%		2026-09-29
22	*氨氮自动监测仪	浓度	氨氮自动监测仪检定规程 JJG 631	(0.2～2.0)mg/L	U=0.12mg/L		2026-09-29
				(2.0～100)mg/L	U_{rel}=3%		2026-09-29
23	*总氮测定仪	浓度	总氮测定仪校准规范 T/JJF(华北)5001	(0.1～20)mg/L	U_{rel}=3.4%		2026-09-29
				(20～500)mg/L	U_{rel}=2%		2026-09-29
24	*硅酸根分析仪	浓度	硅酸根分析仪校准规范 JJF 1539	(2～100) μg/L	U=1.3 μg/L		2026-09-29
				(100～200) μg/L	U_{rel}=2%		2026-09-29
25	*磷酸根分析仪	浓度	磷酸根分析仪校准规范 JJF 1567	(0.1～50)mg/L	U_{rel}=1.5%		2026-09-29
26	*分光光度法流动分析仪	波长	分光光度法流动分析仪校准规范 JJF 1568	(360～1100)nm	U=1.2nm		2026-09-29
		检出限		氰化物：≤0.002mg/L	U=0.0003mg/L		2026-09-29
				水中挥发酚：≤0.002mg/L	U=0.0003mg/L		2026-09-29
				六价铬：≤0.004mg/L	U=0.0013mg/L		2026-09-29
				总磷：≤0.01mg/L	U=0.002mg/L		2026-09-29

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				氨氮：≤0.04mg/L	U=0.003mg/L		2026-09-29
				总氮：≤0.04mg/L	U=0.003mg/L		2026-09-29
				硫化物：≤0.005mg/L	U=0.0005mg/L		2026-09-29
				阴离子表面活性剂：≤0.05mg/L	U=0.003mg/L		2026-09-29
27	*铜含量分析仪	浓度	铜含量、铁含量分析仪校准规范 JJF（黔）13	(5～200) μg/L	U=2.0 μg/L		2026-09-29
28	*卡尔•费休库仑法微量水分测定仪	含水量	卡尔•费休库仑法微量水分测定仪检定规程 JJG 1044	10 μg	U_{rel}=6.6%		2026-09-29
				100 μg	U_{rel}=3.8%		2026-09-29
				(1000～5000) μg	U_{rel}=3.2%		2026-09-29
29	*卡尔•费休容量法水分测定仪	含水量	卡尔•费休容量法水分测定仪检定规程 JJG 1154	(1～5)mg	U_{rel}=6.2%		2026-09-29
				(5～20)mg	U_{rel}=1.9%		2026-09-29
30	流出杯式黏度计	黏度	流出杯式黏度计检定规程 JJG743	(2～1×10⁴)mm²/s	U_{rel}=2.6%		2026-09-29
31	旋转黏度计	黏度	旋转黏度计检定规程 JJG1002	(1～1×10²)mPa•s	U_{rel}=0.9%		2026-09-29
				(1×10²～5×10³)mPa•s	U_{rel}=1.6%		2026-09-29

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(5×10³～1×10⁵)mPa•s	U_{rel}=2.4%		2026-09-29
32	*实验室 pH(酸度)计	pH	实验室 pH(酸度)计检定规程 JJG 119	电计：0～14	U=0.001		2026-09-29
				仪器：4～10	U=0.02		2026-09-29
		电压		(-2000～2000)mV	U=0.02%FS		2026-09-29
33	*在线 pH 计	pH	在线 pH 计校准规范 JJF 1547	电计：0～14	U=0.01		2026-09-29
				仪器：4～10	U=0.02		2026-09-29
		电压		(-2000～2000)mV	U=0.02%FS		2026-09-29
34	*实验室离子计	pX	实验室离子计检定规程 JJG 757	电计： 0～14	U=0.002		2026-09-29
				仪器：2～4	U=0.015		2026-09-29
		电位		(-2000～2000)mV	U=0.014%FS		2026-09-29
35	*自动电位滴定仪	电位	自动电位滴定仪检定规程 JJG 814	(-2000～2000)mV	U=0.02%FS		2026-09-29
		浓度		0.1mol/L	U_{rel}=0.5%		2026-09-29
		容量		(1～25)mL	U_{rel}=0.1%		2026-09-29

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
36	pH 计检定仪	电位	pH 计检定仪检定规程 JJG 919	(-2000～2000)mV	U=0.005 mV		2026-09-29
		pH		0～14	U=0.0002		2026-09-29
		电阻		1GΩ、 3 GΩ	U=0.006 GΩ		2026-09-29
37	*电导率仪	电导率	电导率仪检定规程 JJG 376	电计：(0.2～2×10^5) μS·cm^{-1}	U_{rel}=0.08%		2026-09-29
				仪器：(100～2000) μS·cm^{-1}	U_{rel}=0.3%		2026-09-29
38	*微量氧分析仪	浓度	微量氧分析仪检定规程 JJG945	(10～100) μmol/mol	U_{rel}=2.0%		2026-09-29
39	*电化学氧测定仪	浓度	电化学氧测定仪检定规程 JJG365	(5～25)×10^{-2}mol/mol	U_{rel}=1.3%		2026-09-29
40	*热导式氢分析器	浓度	热导式氢分析器检定规程 JJG663	(15～85)×10^{-2}mol/mol	U_{rel}=1.8%		2026-09-29
41	甲醛气体检测仪	浓度	甲醛气体检测仪检定规程 JJG1022	(0.3～1.2) μmol/mol	U_{rel}=2.8%		2026-09-29
42	*挥发性有机化合物光离子化检测仪	浓度	挥发性有机化合物光离子化检测仪校准规范 JJF1172	(20～80) μmol/mol	U_{rel}=2.6%		2026-09-29
43	*一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器	浓度	一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器检定规程 JJG635	CO:(10～200) μmol/mol	U_{rel}=1.8%		2026-09-29
				CO_2:(0.1～16)×10^{-2}mol/mol	U_{rel}=1.6%		2026-09-29
44	*一氧化碳检测报警器	浓度	一氧化碳检测报警器检定规程 JJG915	(10～2000) μmol/mol	U_{rel}=1.5%		2026-09-29

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
45	*可燃气体检测报警器	浓度	可燃气体检测报警器检定规程 JJG693	(0.1～60)%LEL	U_{rel}=2.4%	只检测甲烷、氢气、异丁烷、乙炔、丙烷报警器。	2026-09-29
46	*二氧化硫气体检测仪	浓度	二氧化硫气体检测仪检定规程 JJG 551	(20～100) μmol/mol	U_{rel}=1.9%		2026-09-29
47	*氨气检测仪	浓度	氨气检测仪检定规程 JJG 1105	(10～100) μmol/mol	U_{rel}=2.4%		2026-09-29
48	*硫化氢气体检测仪	浓度	硫化氢气体检测仪检定规程 JJG695	(0.1～100) μmol/mol	U_{rel}=1.5%		2026-09-29
49	*六氟化硫检测报警仪	浓度	六氟化硫检测报警仪校准规范 JJF1263	(20～1000) μmol/mol	U_{rel}=1.5%		2026-09-29
50	*氯化氢气体检测报警器	浓度	氯化氢气体检测报警器校准规范 JJF1888	(1～20) μmol/mol	U_{rel}=3.4%		2026-09-29
51	*烟气分析仪	浓度	烟气分析仪检定规程 JJG968	CO:(0.1～1.0)×10^{-2}mol/mol	U_{rel}=1.1%		2026-09-29
				O_2:(5～25)×10^{-2}mol/mol	U_{rel}=1.2%		2026-09-29
				SO_2:(0.1～0.5)×10^{-2}mol/mol	U_{rel}=2.0%		2026-09-29
				NO：(0.1～0.4)×10^{-2}mol/mol	U_{rel}=1.1%		2026-09-29

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
52	*粉尘采样器	流量	粉尘采样器检定规程 JJG520	(2～80)L/min	U_{rel}=1.2%		2026-09-29
53	*烟尘采样器	流量	烟尘采样器检定规程 JJG 680	(5～150)L/min	U_{rel}=1.2%		2026-09-29
54	*大气采样器	流量	大气采样器检定规程 JJG956	(100～6000)mL/min	U_{rel}=1.3%		2026-09-29
55	*总悬浮颗粒物采样器	流量	总悬浮颗粒物采样器检定规程 JJG943	(5～150)L/min	U_{rel}=1.2%		2026-09-29
				(800～1200)L/min	U_{rel}=1.2%		2026-09-29
56	尘埃粒子计数器	浓度	尘埃粒子计数器校准规范 JJF 1190	(1000～1×10^5)个/28.3升	U_{rel}=14%		2026-09-29
57	*二氧化碳检测报警器	浓度	二氧化碳检测报警器校准规范 JJF(吉)66	(0.1～16)$\times10^{-2}$mol/mol	U_{rel}=2.6%		2026-09-29
58	*氯乙烯气体检测报警仪	浓度	氯乙烯气体检测报警仪检定规程 JJG1125	(2～100) μmol/mol	U_{rel}=2.5%		2026-09-29
59	*一氧化氮和二氧化氮气体检测仪	浓度	一氧化氮和二氧化氮气体检测仪检定规程 JJG（新）01	NO：(20～60) μmol/mol	U_{rel}=2.2%		2026-09-29
				NO_2：(20～60) μmol/mol	U_{rel}=2.2%		2026-09-29
60	*苯气体检测报警器	浓度	苯气体检测报警器校准规范 JJF1674	(2～100) μmol/mol	U_{rel}=3.2%		2026-09-29
61	*氯气检测报警仪	浓度	氯气检测报警仪校准规范 JJF1433	(5～20) μmol/mol	U_{rel}=2.7%		2026-09-29
62	*烟气采样器	流量	烟气采样器检定规程 JJG 1169	(100～2000)mL/min	U_{rel}=1.2%		2026-09-29

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		温度		(0～200)℃	U=0.06℃		2026-09-29
		压力		(-30～0)kPa	U=0.1kPa		2026-09-29
		时间		(0.1～3600)s	U=0.2s		2026-09-29
		气压		(80～106)kPa	U=0.16kPa		2026-09-29
63	粉尘浓度测量仪	浓度	粉尘浓度测量仪检定规程 JJG 846	(0～10)mg/m^3	U=0.36mg/m^3		2026-09-29
64	*聚合酶链反应分析仪	温度	聚合酶链反应分析仪校准规范 JJF 1527	(30～95)℃	U=(0.16～0.32)℃		2026-09-29
		浓度		(1×10^2～1×10^8)copies/μL	U_{rel}=10%		2026-09-29
65	*熔点测定仪	温度	熔点测定仪检定规程 JJG 701	(50～300)℃	U=0.26℃		2026-09-29
66	*开口/闭口闪点测定仪	温度	开口/闭口闪点测定仪校准规范 JJF 1384	闭口：(70～110)℃	U=3.2℃		2026-09-29
				闭口：(110～180)℃	U=7.0℃		2026-09-29
				开口：(80～200)℃	U=7.0℃		2026-09-29
				开口：(200～230)℃	U=9.0℃		2026-09-29
67	*氧弹热量计	发热量	氧弹热量计检定规程 JJG672	(26430～26490)J/g	U=34J/g		2026-09-29

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
68	*煤中全硫测定仪	硫含量	煤中全硫测定仪检定规程 JJG1006	0.36%～4.40%	U=0.05%		2026-09-29
69	*氨基酸分析仪	检测限	氨基酸分析仪检定规程 JJG 1064	≤1nmol(S/N=2，组氨酸)	U_{rel}=58%		2026-09-29
70	*元素分析仪	浓度	元素分析仪校准规范 JJF 1321	凯氏定氮仪 N：20%～50%	U_{rel}=1.4%		2026-09-29
				煤 C：40%～90%	U_{rel}=1.4%		2026-09-29
				煤 H：1.0%～5.0%	U_{rel}=3.8%		2026-09-29
				煤 N：0.2%～2.0%	U_{rel}=6.0%		2026-09-29
				钢铁 O：0.002%～0.005%	U_{rel}=6.6%		2026-09-29
				钢铁 H：0.0001%～0.0003%	U_{rel}=16%		2026-09-29
				钢铁 N：0.02%～0.06%	U_{rel}=4.2%		2026-09-29
71	*余氯测定仪	浓度	余氯测定仪校准规范 JJF1609	总余氯：(0.1～20)mg/L	U_{rel}=2.3%		2026-09-29
				游离余氯：(0.1～20)mg/L	U_{rel}=2.1%		2026-09-29
72	*液相色谱-原子荧光联用仪	最小检测量	液相色谱-原子荧光联用仪检定规程 JJG1151	五价砷：＜1.0ng	U_{rel}=15%		2026-09-29
				一甲基砷：＜0.7ng	U_{rel}=14%		2026-09-29

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				二甲基砷：＜0.7ng	U_{rel}=14%		2026-09-29
73	*紫外分光光度法测油仪	浓度	紫外分光光度法测油仪校准规范 JJF(冀)202	(0.1～200)mg/L	U_{rel}=2.6%		2026-09-29
		最小检出浓度		≤0.05mg/L	U_{rel}=45%		2026-09-29
74	*白酒分析气相色谱仪	检测限	白酒分析气相色谱仪校准规范 JJF 2022	≤5.0×10^{-3}mg/mL	U_{rel}=12%		2026-09-29
75	*渗透压摩尔浓度测定仪	浓度	渗透压摩尔浓度测定仪检定规程 JJG 1089	(100～400)mOsmol/kg	U=2.3mOsmol/kg		2026-09-29
		浓度		(400～700)mOsmol/kg	U_{rel}=0.6%		2026-09-29
76	*生乳冰点仪	温度	生乳冰点仪校准规范 JJF 1816	(-600～-400)m℃	U=1.1m℃		2026-09-29
77	*高锰酸盐指数分析仪	浓度	高锰酸盐指数分析仪校准规范 JJF 2173	(1～5)mg/L	U_{rel}=3.9%		2026-09-29
		温度		（50～120）℃	U=0.11℃		2026-09-29
78	*乳品成分分析仪	浓度	乳品成分分析仪校准规范 JJF 1820	蛋白质(2.1～3.5)g/100g	U_{rel}=3.2%		2026-09-29
				脂肪(2.1～3.5)g/100g	U_{rel}=2.2%		2026-09-29
				乳糖(2.1～3.5)g/100g	U_{rel}=1.0%		2026-09-29
79	*石油产品倾点浊点测定仪	温度	石油产品倾点浊点测定仪校准规范 JJF 1869	倾点 (-30 ～-3)℃	U=2.8℃		2026-09-29

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
80	*液体颗粒计数器	颗粒计数	液体颗粒计数器检定规程 JJG 1061	油中颗粒：(1～88000)个/10mL	U_{rel}=10%		2026-09-29
81	*在线电导率仪	电导率	在线电导率仪校准规范 JJF（蒙）084	电计：(20～2×10^5) μS/cm	U_{rel}=0.3%		2026-09-29
				仪器：(20～1.2×10^5) μS/cm	U_{rel}=0.5%		2026-09-29
82	*烷基汞分析仪	含量	烷基汞分析仪校准规范 JJF（蒙） 119	甲基汞：(5.0～100)pg	U_{rel}=5.8%		2026-09-29
				乙基汞：(5.0～100)pg	U_{rel}=5.6%		2026-09-29
		检出限		≤0.3pg	U_{rel}=48%		2026-09-29
83	*紫外荧光测硫仪	浓度	紫外荧光测硫仪校准规范 JJF 1685	(1～10)mg/L	U=0.14mg/L		2026-09-29
				(10～100)mg/L	U_{rel}=3.0%		2026-09-29
		检出限		≤0.2mg/L	U_{rel}=46%		2026-09-29
84	*气相分子吸收光谱仪	检出限	气相分子吸收光谱仪校准规范 JJF （蒙）088	氨氮： ≤0.020mg/L	U_{rel}=45%		2026-09-29
				亚硝酸盐氮：≤0.003mg/L	U_{rel}=45%		2026-09-29
				硝酸盐氮： ≤0.006mg/L	U_{rel}=45%		2026-09-29
				总氮：≤0.050mg/L	U_{rel}=45%		2026-09-29

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				硫化物：≤0.005mg/L	U_{rel}=45%		2026-09-29
85	*崩解时限测试仪	温度	崩解时限测试仪校准规范 JJF 1449	37℃	U=0.2℃		2026-09-29
		崩解时间		527s	U_{rel}=12%		2026-09-29
86	手持糖量(含量)计及手持折射仪	糖度	手持糖量(含量)计及手持折射仪检定规程 JJG 820	0～80%	U=0.1%		2026-09-29
		折射率		n_D:1.3330～1.7000	U=0.0005		2026-09-29
87	*薄层色谱扫描仪	浓度	薄层色谱扫描仪校准规范 JJF 1712	(0.01～0.04)mg/mL	U=0.0026mg/mL		2026-09-29
88	*在线浊度计	浊度	在线浊度计校准规范 JJF(蒙)120	(1～5) NTU	U_{rel}=4.6%		2026-09-29
				(5～100) NTU	U_{rel}=3.8%		2026-09-29
				(100～4000) NTU	U_{rel}=3.3%		2026-09-29
89	*铁含量分析仪	浓度	铁含量分析仪校准规范 T/JJF(华北) 5009	(1～200) μg/L	U_{rel}=1.8%		2026-09-29
90	*定碳定硫分析仪	含量	定碳定硫分析仪检定规程 JJG 395	C:0.005%～0.010%	U=0.0007%		2026-09-29
				C:0.010%～0.100%	U=0.003%		2026-09-29
				C:0.100%～1.000%	U=0.004%		2026-09-29

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				C:1.00%～4.00%	U=0.02%		2026-09-29
				S:0.003%～0.010%	U=0.0007%		2026-09-29
				S:0.010%～0.100%	U=0.003%		2026-09-29
				S:0.100%～0.200%	U=0.005%		2026-09-29
91	*在线气相色谱仪	灵敏度	在线气相色谱仪检定规程 JJG 1055	TCD（正丁烷）≥1000mV·mL/mg	U_{rel}=3.7%		2026-09-29
92	*能量色散X射线荧光光谱仪	含量	能量色散X射线荧光光谱仪校准规范 JJF 2024	聚合物基体 Cd：(8～110)mg/kg	U_{rel}=6.4%		2026-09-29
				聚合物基体 Cr：(90～1122)mg/kg	U_{rel}=5.3%		2026-09-29
				聚合物基体 Hg：(90～1200)mg/kg	U_{rel}=5.3%		2026-09-29
				聚合物基体 Pb：(90～1200)mg/kg	U_{rel}=5.1%		2026-09-29
93	*酸值测定仪	酸值	酸值测定仪校准规范 JJF(冀) 3030	(0.05～0.1)mgKOH/g	U_{rel}=7.5%		2026-09-29
				(0.1～2)mgKOH/g	U_{rel}=2.4%		2026-09-29
94	*微量分光光度计	浓度	微量分光光度计校准规范 JJF 1836	鲑鱼精DNA：(10～2000)mg/kg	U_{rel}=2.4%		2026-09-29
				牛血清白蛋白：(0.05～0.1)mg/mL	U_{rel}=12%		2026-09-29

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				牛血清白蛋白：(0.1～2)mg/mL	U_{rel}=6.6%		2026-09-29
95	*溴价、溴指数测定仪	含量	溴价、溴指数测定仪校准规范 JJF 1569	溴价：(5～20)g/100g	U_{rel}=6.1%		2026-09-29
				溴价：(20～300)g/100g	U_{rel}=5.3%		2026-09-29
				溴指数：(5～20)mg/100g	U_{rel}=8.1%		2026-09-29
				溴指数：(20～600)mg/100g	U_{rel}=5.3%		2026-09-29
96	*氟化氢气体检测报警器	浓度	氟化氢气体检测报警器校准规范 JJF(蒙)069	(2～10) μmol/mol	U_{rel}=4.1%		2026-09-29
十、电离辐射							
1	*X 射线探伤机	空气比释动能率	X 射线探伤机检定规程 JJG 40	(0.01～19.9)cGy/min	U_{rel}=3.6%		2026-09-29
2	*X 射线安全检查仪	空气比释动能率	X 射线安全检查仪校准规范 JJF 1275	(0.1～100) μGy/h	U_{rel}=18%		2026-09-29
3	*医用诊断数字减影血管造影（DSA）系统 X 射线辐射源	空气比释动能率	医用诊断数字减影血管造影（DSA）系统 X 射线辐射源检定规程 JJG 1067	1mGy/min ～1Gy/min	U_{rel}=4.2%		2026-09-29
		管电压		50kV～150kV	U_{rel}=3%		2026-09-29
4	*医用数字摄影系统(DR)X 射线辐射源	空气比释动能	医用数字摄影系统(DR)X 射线辐射源检定规程 JJG 1078	0.1mGy～1Gy	U_{rel}=7%		2026-09-29
		剂量面积乘积		2.25 μGy·m^2～0.4Gy·m^2	U_{rel}=7%		2026-09-29

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		管电压		50kV～150kV	U_{rel}=3%		2026-09-29
5	*医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）X射线辐射源	吸收剂量	医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）X射线辐射源检定规程 JJG 961	100μGy～ 100mGy	U_{rel}=6.6%		2026-09-29
6	*低本底α、β测量仪	表面发射率	低本底α、β测量仪检定规程 JJG 853	α:(2×10⁴～1.2×10⁵)(min·2πsr)⁻¹	U_{rel}=2.6%		2026-09-29
				β:(2×10⁴～1.2×10⁵)(min·2πsr)⁻¹	U_{rel}=2.6%		2026-09-29
7	*单光子发射计算机断层成像装置 （SPECT）	活度	单光子发射计算机断层成像装置 （SPECT） 校准规范 JJF 2044	^{99m}Tc:(3×10⁴～1.2×10¹¹) Bq	U_{rel}=5.9%		2026-09-29
十一、机动车专用测量仪器							
1	*滤纸式烟度计	烟度	滤纸式烟度计检定规程 JJG847	（1.0～9.0）BSU	U=0.3 BSU		2026-09-29
2	*透射式烟度计	标准光通道有效长度不透光度	透射式烟度计检定规程 JJG976	（0～99.0）%	U=1.1%		2026-09-29
3	*柴油车氮氧化物（NO_x）检测仪	浓度	柴油车氮氧化物（NO_x）检测仪校准规范 JJF 1873	CO_2：（2.0～12.0）×10⁻²mol/mol	U_{rel}=1.4 %		2026-09-29
				NO:（300～3000）×10⁻⁶mol/mol	U_{rel}=1.4 %		2026-09-29
				NO_2:（50～600）×10⁻⁶mol/mol	U_{rel}=1.9 %		2026-09-29

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
4	*汽车排放气体测试仪	浓度	汽车排放气体测试仪检定规程 JJG 688	HC:（200～3200）×10^{-6}mol/mol	U_{rel}=1.1%		2026-09-29
				O_2:（0.5～20.9）×10^{-2}mol/mol	U_{rel}=2.4%		2026-09-29
				NO:（300～3000）×10^{-6}mol/mol	U_{rel}=1.4%		2026-09-29
				CO_2:（3.6～12.00）×10^{-2}mol/mol	U_{rel}=1.5%		2026-09-29
				CO:（0.5～4.8）×10^{-2}mol/mol	U_{rel}=1.3%		2026-09-29
5	*机动车前照灯检测仪	发光强度	机动车前照灯检测仪检定规程 JJG745	（5～60）kcd	U_{rel}=7%		2026-09-29
		角度		上 1°～下 2°，左 2°～右 2°	U=6′		2026-09-29
6	*滚筒式车速表检验台	车速	滚筒式车速表检验台检定规程 JJG 909	（1～120）km/h	U_{rel}=0.8%		2026-09-29
7	*机动车检测专用轴（轮）重仪	轮重	机动车检测专用轴（轮）重仪检定规程 JJG1014	（500～50000）kg	U_{rel}=0.6%		2026-09-29
8	*平板式制动检验台	轮重	平板式制动检验台检定规程 JJG1020	（1～10000）kg	U_{rel}=0.6%		2026-09-29
		制动力		（1～3500）daN	U_{rel}=0.6%		2026-09-29
9	*滚筒反力式制动检验台	轮制动力	滚筒反力式制动检验台检定规程 JJG906	（500～4500）daN	U_{rel}=0.8 %		2026-09-29
10	*汽车加载制动检验台	轮制动力	汽车加载制动检验台检定规程 JJG1160	（100～4500）daN	U_{rel}=0.8 %		2026-09-29

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		轴重		（100～11500）kg	U_{rel}=0.4 %		2026-09-29
11	*汽车侧滑检验台	侧滑量	汽车侧滑检验台检定规程 JJG908	(-10～10)m/km	U=0.04m/km		2026-09-29
12	*四轮定位仪	单轮前束角	四轮定位仪校准规范 JJF1154	(-10～10)°	U=1.4′		2026-09-29
13	非接触式汽车速度计	速度	非接触式汽车速度计校准规范 JJF1193	（5～180）km/h	U_{rel}=0.3%		2026-09-29
14	机动车转向盘转向力-转向角检测仪	转向力	机动车转向盘转向力-转向角检测仪校准规范 JJF1196	（100～500）N	U_{rel}=0.6%		2026-09-29
		转向角		（0～1080）°	U=0.6°		2026-09-29
15	*轮胎压力表	压力	轮胎压力表检定规程 JJG927	（0～2.5）MPa	U=0.5%FS		2026-09-29
16	*便携式制动性能测试仪	减速度	便携式制动性能测试仪校准规范 JJF1168	静态：（0～5.0）m/s^2	U=0.05 m/s^2		2026-09-29
				静态：（5.0～9.8）m/s^2	U_{rel}=0.7%		2026-09-29
				动态：（1～9.8）m/s^2	U_{rel}=1.6%		2026-09-29
17	*非接触式汽车速度计校准装置	线速度	非接触式汽车速度计校准装置校准规范 JJF1486	（5.00～180.00）km/h	U_{rel}=0.06%		2026-09-29

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
18	*机动车发动机转速测量仪	转速	机动车发动机转速测量仪校准规范 JJF 1375	（500～6000）r/min	U_{rel}=0.5%	仅校准振动感应式发动机转速测量仪	2026-09-29
19	*汽车外廓尺寸检测仪	长度	汽车外廓尺寸检测仪校准规范 JJF1749	（0.1～30）m	U_{rel}=0.3%		2026-09-29
20	*零气发生器	浓度	零气发生器校准规范 JJF 2159	一氧化碳:（0～20）×10^{-6}mol/mol	U=0.4×10^{-6}mol/mol		2026-09-29
				二氧化碳:(0～40)×10^{-6}mol/mol	U=0.6×10^{-6}mol/mol		2026-09-29
				碳氢:(0～40)×10^{-6}mol/mol	U=0.3×10^{-6}mol/mol		2026-09-29
				一氧化氮:(0～20)×10^{-6}mol/mol	U=0.3×10^{-6}mol/mol		2026-09-29
				二氧化氮:(0～20)×10^{-6}mol/mol	U=0.3×10^{-6}mol/mol		2026-09-29
				氧气:（0～25）×10^{-2}mol/mol	U=0.13×10^{-2}mol/mol		2026-09-29
21	*轮胎花纹深度尺	长度	轮胎花纹深度尺校准规范 JJF1477	(0～50)mm	U=0.02mm		2026-09-29
十二、气象、海洋专用测量仪器							
1	轻便三杯风向风速表	风速	轻便三杯风向风速表检定规程 JJG431	（1～10）m/s	U=0.15m/s		2026-09-29

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				（10～20）m/s	U=0.18m/s		2026-09-29
				（20～30）m/s	U=0.26m/s		2026-09-29
2	轻便磁感风向风速表	风速	轻便磁感风向风速表检定规程 JJG515	（2～10）m/s	U=0.15m/s		2026-09-29
				（10～20）m/s	U=0.18m/s		2026-09-29
				（20～30）m/s	U=0.26m/s		2026-09-29
3	矿用风速表	风速	矿用风速表检定规程 JJG（煤炭）01	（0.2～1）m/s	U=0.4m/s		2026-09-29
				（1～10）m/s	U=0.15m/s		2026-09-29
				（10～20）m/s	U=0.18m/s		2026-09-29
				（20～30）m/s	U=0.26m/s		2026-09-29
4	电接风向风速仪	风速	电接风向风速仪检定规程 JJG613	（2～10）m/s	U=0.15m/s		2026-09-29
				（10～20）m/s	U=0.18m/s		2026-09-29
				（20～30）m/s	U=0.26m/s		2026-09-29
十三、医学专用测量仪器							

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
1	*肺功能仪	肺活量	肺功能仪校准规范 JJF 1213	(1～8)L	U=0.05L		2026-09-29
		呼气峰值流量		(1～12)L/s	U_{rel}=3.5%		2026-09-29
		通气量		(30～100)L/min	U_{rel}=3.5%		2026-09-29
2	*酶标分析仪	吸光度	酶标分析仪检定规程 JJG 861	0.1～2.00	U=0.003		2026-09-29
		波长		(400～700)nm	U=0.6nm		2026-09-29
3	心、脑电图机检定仪	电压	心、脑电图机检定仪检定规程 JJG 749	方波电压：0.1mV～5V	U_{rel}=0.13%		2026-09-29
				正弦波电压（峰峰值）:0.1mV～5V	U_{rel}=0.13%		2026-09-29
				极化电压:±300mV	U_{rel}=0.13%		2026-09-29
				共模电压表:10V	U_{rel}=0.13%		2026-09-29
		频率		0.1Hz～200Hz	U_{rel}=0.13%		2026-09-29
4	心电监护仪检定仪	电压	心电监护仪检定仪检定规程 JJG 1016	电压(峰峰值):0.5mV～2mV	U_{rel}=0.13%		2026-09-29
				标准心率信号电压:0.5mV～3mV	U_{rel}=0.13%		2026-09-29
				标准心率信号电压:-0.5mV～-3mV	U_{rel}=0.13%		2026-09-29

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				共模电压表:10V	U_{rel}=0.13%		2026-09-29
				极化电压：±300mV	U_{rel}=0.13%		2026-09-29
		心率		(27～300)次/分	U_{rel}=0.13%		2026-09-29
		频率		0.1Hz～100Hz	U_{rel}=0.13%		2026-09-29
		取样电阻		10kΩ	U_{rel}=1.2%		2026-09-29
5	*心脏除颤器	能量	心脏除颤器校准规范 JJF 1149	(1.9～360)J	U=2.4J		2026-09-29
		电压		(0.1～4)mV	U=0.02 mV		2026-09-29
		扫描速度		25mm/s	U=0.5mm/s		2026-09-29
		心率		(30～200)次/分	U=0.5 次/分		2026-09-29
6	*医用磁共振成像（MRI）系统	场强	医用磁共振成像(MRI)系统检定规程 JJG（蒙）027	(0.17～2.1)T	U=12mT		2026-09-29
7	*高频电刀	功率	高频电刀校准规范 JJF 1217	(10～400)W	U_{rel}=3.4%		2026-09-29
8	*呼吸机	潮气量	呼吸机校准规范 JJF 1234	(50～800) mL	U_{rel}=3.8%		2026-09-29
		呼吸频率		(10～40)次/分	U_{rel}=2.6%		2026-09-29

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		压力		(0.2～3.0)kPa	U=0.05kPa		2026-09-29
		氧浓度		21%～100%	U=2.4%		2026-09-29
9	*婴儿培养箱	温度	婴儿培养箱校准规范 JJF 1260	32℃、36℃	U=0.09℃		2026-09-29
		湿度		30%RH～90%RH	U=1.1%RH		2026-09-29
10	*血液透析机	电导率	血液透析装置校准规范 JJF 1353	(12.5～15.5)mS/cm	U=0.13mS/cm		2026-09-29
		温度		(25～40)℃	U=0.13℃		2026-09-29
		流量		抗凝泵注入流量:(5～20)mL/h	U_{rel}=2.8%		2026-09-29
				透析流量:(400～700)mL/min	U_{rel}=1.9%		2026-09-29
				血液流量:(50～1000)mL/min	U_{rel}=3.6%		2026-09-29
				脱水量:200mL/min	U_{rel}=1.2%		2026-09-29
		压力		（0～450）mmHg	U=2.8mmHg		2026-09-29
11	*尿液分析仪	酸度	尿液分析仪校准规范 JJF 1129	5.5～7.5	U=0.4		2026-09-29
		红细胞		(1～200)个/μL	U_{rel}=7.3%		2026-09-29

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		白细胞		(1～200)个/μL	U_{rel}=6.9%		2026-09-29
		尿蛋白		(0.1～2.0)g/L	U_{rel}=10%		2026-09-29
		尿糖		(1～42)mmol/L	U=0.16mmol/L		2026-09-29
		相对密度		1.000～1.025	U=0.005		2026-09-29
12	*全自动尿沉渣分析仪	红细胞	全自动尿沉渣分析仪校准规范 JJF 1823	(50～2000)/μL	U_{rel}=11%		2026-09-29
		白细胞		(150～2000)/μL	U_{rel}=10%		2026-09-29
13	*无创呼吸机	呼吸频率	无创呼吸机校准规范 JJF 1997	(10～30)次/分	U_{rel}=3.4%		2026-09-29
		压力		(0.4～2.0)kPa	U=0.12kPa		2026-09-29
		浓度		21%～60%	U=2.4%		2026-09-29
14	*血细胞分析仪	白细胞	血细胞分析仪检定规程 JJG 714	WBC:(2～20)×10^9/L	U_{rel}=2.7%		2026-09-29
		血小板		PLT:(50～500)×10^9/L	U_{rel}=2.4%		2026-09-29
		红细胞		RBC:(2～10)×10^{12}/L	U_{rel}=2.3%		2026-09-29
		血红蛋白		HGB:(50～200)g/L	U_{rel}=3.2%		2026-09-29

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
15	*医用吸引器	压力	医用吸引器校准规范 JJF 1810	(-95～0)kPa	U=0.6kPa		2026-09-29
16	*气腹机	压力	气腹机校准规范 JJF 1892	(0～40)mmHg	U=0.6mmHg		2026-09-29
		流量		(0～10)L/min	U=0.6L/min		2026-09-29
				(10～50)L/min	U_{rel}=6%		2026-09-29
17	*医用分子筛制氧机	流量	医用分子筛制氧机校准规范 JJF 1891	(1～10)L/min	U_{rel}=4.8%		2026-09-29
18	*急救和转运呼吸机	潮气量	急救和转运呼吸机校准规范 JJF 1998	(50～800)mL	U_{rel}=7.0%		2026-09-29
		呼吸频率		(10～40)次/分	U_{rel}=3.6%		2026-09-29
		压力		(0.2～3)kPa	U=0.13kPa		2026-09-29
19	*全自动封闭型发光免疫分析仪	浓度	全自动封闭型发光免疫分析仪 JJF 1752	胰岛素：（10～150）pmol/L	U_{rel}=5%		2026-09-29
20	*脉搏血氧仪	脉搏血氧饱和度	脉搏血氧仪校准规范 JJF(蒙)105	70%～ 100%	U=2.5%		2026-09-29
		脉率		(30～ 200)次/分	U=2 次/分		2026-09-29
21	*糖化血红蛋白分析仪	浓度	糖化血红蛋白分析仪校准规范 JJF 1841	4.5%～10.5%	U_{rel}=16%		2026-09-29
22	*C 反应蛋白分析仪	浓度	C 反应蛋白分析仪校准规范 JJF 2057	(3.3～ 133)mg/L	U_{rel}=9.3%		2026-09-29

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
23	*医用注射泵和输液泵	流量	医用注射泵和输液泵校准规范 JJF 1259	(5～20) mL/h	U_{rel}=2.5%		2026-09-29
				(20～200) mL/h	U_{rel}=1.4%		2026-09-29
				(200～1000) mL/h	U_{rel}=2.5%		2026-09-29
		压力		(0～200)kPa	U=4kPa		2026-09-29
24	*浮标式氧气吸入器	流量	浮标式氧气吸入器检定规程 JJG 913	(1～12)L/min	U=0.2L/min		2026-09-29
		压力		(0～10)MPa	U=0.3MPa		2026-09-29
十四、建筑、交通专用测量仪器							
1	*回弹仪	长度	回弹仪检定规程 JJG817	指针长度:（19.8～20.2）mm	U=0.06mm	不做高强混凝土回弹仪	2026-09-29
				弹击杆端部球面半径:（24.0～26.0）mm	U=0.1mm		2026-09-29
				弹击拉簧工作长度:（61.2～61.8）mm	U=0.06mm		2026-09-29
				弹击拉簧拉伸长度:（74.7～75.3）mm	U=0.06mm		2026-09-29
		力值		(0.50～0.80)N	U=0.02N		2026-09-29
		拉簧刚度		(755～815)N/m	U=0.40N/m		2026-09-29

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		率定值		78～82	U=0.7		2026-09-29
2	*水泥胶砂流动度测定仪	质量	水泥胶砂流动度测定仪检定规程 JJG（交通）096	(4.2～4.5)kg	U=0.7g		2026-09-29
		时间		(24～26)s	U=0.2s		2026-09-29
		落距		(9.8～10.2)mm	U=0.12mm		2026-09-29
3	*非金属建材塑限测定仪	质量	非金属建材塑限测定仪校准规范 JJF1090	(75.8～301)g	U=0.06g	不做沥青针入度仪	2026-09-29
		长度		直径：(1～11)mm	U=0.005mm		2026-09-29
				标尺：(0～70)mm	U=0.2 mm		2026-09-29
				指示装置：(0～145)mm	U=0.16mm		2026-09-29
				压头与附件尺寸：(6～181)mm	U=0.07mm		2026-09-29
		角度		29.8° ～30.2°	U=0.05°		2026-09-29
		时间		(4.9～5.1)s	U=0.2s		2026-09-29
4	*水泥净浆搅拌机	转速	水泥净浆搅拌机检定规程 JJG（蒙）2	(57～135)r/min	U=0.6 r/min		2026-09-29
		时间		(10～280)s	U=0.3s		2026-09-29

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		长度		(1～3)mm	U=0.06mm		2026-09-29
5	*水泥胶砂试体成型振实台	时间	水泥胶砂试体成型振实台校准规范 JJF（蒙）004	(58～62)s	U=0.2s		2026-09-29
		长度		(799～801)mm	U=0.3mm		2026-09-29
6	*沥青混合料拌和机	转速	沥青混合料拌和机检定规程 JJG(交通)064	(40～80)r/min	U=0.6 r/min		2026-09-29
		时间		(179.1～180.9)s	U=0.22s		2026-09-29
		温度		(139～201)℃	U=0.12℃		2026-09-29
7	*土工击实仪	质量	土工击实仪检定规程 JJG(交通)058	(2495～4505)g	U=0.8g		2026-09-29
		长度		直径:(49.5～50.5)mm	U=0.06mm		2026-09-29
				落高:(298～502)mm	U=0.3mm		2026-09-29
8	*沥青混合料马歇尔击实仪	质量	沥青混合料马歇尔击实仪检定规程 JJG(交通)065	(4527～10220)g	U=0.8g		2026-09-29
		长度		直径：(68～160)mm	U=0.05mm		2026-09-29
				落高:(455～460)mm	U=0.3 mm		2026-09-29
		击实频率		(55～65)次/分	U=0.3 次/分		2026-09-29

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
9	钢筋保护层测定仪	长度	钢筋保护层、楼板厚度测量仪校准规范 JJF 1224	(0～100)mm	U=0.23mm		2026-09-29
10	*沥青针入度仪	质量	沥青针入度仪校准规范 JJF1208	(99～101)g	U=0.01g		2026-09-29
		温度		(24.7～25.3)℃	U=0.1℃		2026-09-29
		长度		(5～50) mm	U=0.018 mm		2026-09-29
11	*沥青混合料车辙试验机	温度	沥青混合料车辙试验机校准规范 JJF(浙)1094	(57～63)℃	U=0.2℃		2026-09-29
		长度		(3～30)mm	U=0.0022mm		2026-09-29
				(14～240)mm	U=0.05mm		2026-09-29
		压强		(0.65～0.75)MPa	U=0.01MPa		2026-09-29
		橡胶硬度		(76～80)IRHD	U=0.6IRHD		2026-09-29
12	*马歇尔稳定度测定仪	力值	马歇尔稳定度试验仪检定规程 JJG(交通)066	(5～50)kN	U_{rel}=0.4%		2026-09-29
		流值		(0.5～10)mm	U=0.03mm		2026-09-29
		上升速率		(45～55)mm/min	U_{rel}=2.0%		2026-09-29
13	*恒定加力速度建筑材料试验机	力值	恒定加力速度建筑材料试验机检定规程 JJG 1025	100N～3MN	U_{rel}=0.16%		2026-09-29

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				3MN～5MN	U_{rel}=0.36%		2026-09-29
		加力速度		(2.4～22.5)kN/s	U_{rel}=2.6%		2026-09-29
14	*固结仪	力值	固结仪校准规范 JJF1311	(0.5～6)kN	U_{rel}=1.0%		2026-09-29
		长度		(0～10)mm	U=6 μm		2026-09-29
15	水泥软练设备测量仪	频率	水泥软练设备测量仪检定规程 JJG974	(20～2000)Hz	U_{rel}=0.1%		2026-09-29
		转速		(50～30000)r/min	U_{rel}=0.2%		2026-09-29
		加速度		(0.1～100)m/s^2	U_{rel}=2.5%		2026-09-29
		位移		(0.1～10)mm	U_{rel}=1.2%		2026-09-29
		时间		(0.1～3600)s	U=0.12s		2026-09-29
16	*氯离子含量快速测定仪	浓度	氯离子含量快速测定仪校准规范 JJF(津) 10	0.001mol/L	U_{rel}=1.7%		2026-09-29
		电位		（-2000～2000）mV	U=0.02%FS		2026-09-29
17	*金属穿孔板试验筛	长度	试验筛校准规范 JJF 1175	ω：（1～4）mm	U=4 μm	现场不校ω为（1～4）mm的试验	2026-09-29

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				ω：（4～125）mm	U=0.04mm	筛。	2026-09-29
十五、电子电工电器专用测量仪器							
1	*电池内阻测试仪	电池内阻	电池内阻测试仪校准规范 JJF 1620	1mΩ～3mΩ，（1kHz）	U_{rel}=0.3%		2026-09-29
				3mΩ～3kΩ，（1kHz）	U_{rel}=0.1%		2026-09-29
		直流电压		(0.1～800)V	U_{rel}=0.04%		2026-09-29
十六、纺织、皮革专用测量仪器							
1	*纤维细度分析仪	长度	纤维细度分析仪校准规范 JJF(纺织）065	(0～1000)μm	U=0.36μm		2026-09-29

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章

在线扫码获取验证