

名称：内蒙古自治区计量测试研究院

地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区博爱北巷1号

注册号：CNAS L1645

认可依据：ISO/IEC 17025:2017 以及 CNAS 特定认可要求

生效日期：2026 年 09 月 29 日 截止日期：2030 年 11 月 06 日

附件 3 认可的检测能力范围

序号	检测对象	项目 / 参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
一、医用生物防护设备						
1	生物安全柜	1	*高效空气过滤器完整性	生物安全柜 GB 41918-2022 6.3.2	只测 6.3.2.2.1	2026-09-29
		2	*噪声	生物安全柜 GB 41918-2022 6.3.3		2026-09-29
		3	*照度	生物安全柜 GB 41918-2022 6.3.4		2026-09-29
		4	*振动	生物安全柜 GB 41918-2022 6.3.5		2026-09-29
		5	*下降气流流速	生物安全柜 GB 41918-2022 6.3.7		2026-09-29
		6	*流入气流流速	生物安全柜 GB 41918-2022 6.3.8.3	只测 6.3.8.3.4	2026-09-29



在线扫码获取验证

No. CNAS L1645

序号	检测对象	项目 / 参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		7	*温升	生物安全柜 GB 41918-2022 6.3.10		2026-09-29
		8	*气流模式	生物安全柜 GB 41918-2022 6.3.9		2026-09-29
2	医用洁净工作台	1	*高效过滤器完整性	医用洁净工作台 YY/T 1539-2017 6.4.1		2026-09-29
		2	*噪声	医用洁净工作台 YY/T 1539-2017 6.4.2		2026-09-29
		3	*照度	医用洁净工作台 YY/T 1539-2017 6.4.3		2026-09-29
		4	*振动	医用洁净工作台 YY/T 1539-2017 6.4.4		2026-09-29
		5	*气流流速	医用洁净工作台 YY/T 1539-2017 6.4.6		2026-09-29
		6	*气流模式	医用洁净工作台 YY/T 1539-2017 6.4.7		2026-09-29
		7	*洁净度	医用洁净工作台 YY/T 1539-2017 6.4.8	只测定粒径≥0.3 μm 的粒子	2026-09-29
		8	*温升	医用洁净工作台 YY/T 1539-2017 6.4.10		2026-09-29
		9	*紫外灯	医用洁净工作台 YY/T 1539-2017 6.4.11		2026-09-29
二、化学						
1	煤炭及相关产品	1	碳	煤中碳氢氮的测定 仪器法 GB/T 30733-2014		2026-09-29
		2	氢	煤中碳氢氮的测定 仪器法 GB/T 30733-2014		2026-09-29
		3	全硫	煤中全硫的测定方法 GB/T 214-2026	只用库仑滴定法	2026-09-29



在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		4	灰分	煤的工业分析方法 GB/T 212-2008	只用缓慢灰化法	2026-09-29
				煤的工业分析方法 仪器法 GB/T 30732-2014	只用缓慢灰化法	2026-09-29
		5	挥发分	煤的工业分析方法 GB/T 212-2008		2026-09-29
				煤的工业分析方法 仪器法 GB/T 30732-2014		2026-09-29
		6	水分	煤的工业分析方法 GB/T 212-2008	不用微波干燥法	2026-09-29
				煤的工业分析方法 仪器法 GB/T 30732-2014	只用空气干燥法	2026-09-29
		7	全水分	煤中全水分的测定方法 GB/T 211-2017	不用微波干燥法	2026-09-29
		8	发热量	煤的发热量测定方法 GB/T 213-2008	只用自动氧弹热量计法	2026-09-29



No. CNAS L1645